



**SOLICITUD INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES
E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE CHAPARRAL TOLIMA
NIT: 890.701.459-4**

Fecha: Abril del 2023

Asunto: Solicitud a presentar cotizaciones de “IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN EN SALUD A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE TELEMEDICINA EN LOS 4 MUNICIPIOS PDET DEL SUR DEL TOLIMA”

SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA, actuando en su condición de Gerente del HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE CHAPARRAL – TOLIMA invita a las personas naturales o jurídicas que estén interesados en presentar sus cotizaciones con la E.S.E., a que alleguen propuestas para cotizar los equipos para la **IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN EN SALUD A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE TELEMEDICINA EN LOS 4 MUNICIPIOS PDET DEL SUR DEL TOLIMA CHAPARRAL.**

Los aspectos que se deberán tener en cuenta para las cotizaciones son:

1. Equipos de cómputo, hardware y complementarios:

BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES
COMPUTADOR	4	<ul style="list-style-type: none">• Procesador Intel >= I7 de última generación o suhomologación.• Memoria RAM >= 16 GB.• Disco Duro >= 500 GB.• Monitor >= 21” de alta resolución• Monitor >= 40” de alta resolución 4k (videoconferencia)• Teclado, Mouse y demás dispositivos de entrada y salida tipo USB• Interfaz de red de 1 Gb o superior• UPS• Conexión Wi-fi alámbrica e inalámbrica• Incluir cableado necesario• Sistema operativo Windows 10 profesional licenciado.• Licencia CAL por dispositivo.• Office versión estándar o profesional para equipos que requieran procesos automatizados libre o licenciado.• Compatibilidad de Protocolo IPV6.• Licencia Teams.• Las licencias deben tener mínimo un año de vigencia
SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA PARA SALA PEQUEÑA LOGITEC	4	<ul style="list-style-type: none">• Que permita entrada y salida de sonido y video de alta calidad, con compatibilidad a computadores del anterior ítem

1



MEETUP		
Celulares	4	<ul style="list-style-type: none">• Que permita entrada y salida de datos e imágenes con dispositivos como otros celulares y computadores, a color, mínimo 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, bluettoh, conexión USB, conexión WiFi, mínimo de 64 mp, táctil y con pantalla de mínimo 5 pulgadas
Cableado adicional	21	<ul style="list-style-type: none">• Extensiones USB de mínimo 3 metros, seis (6) hembra-hembra, seis (6) macho-macho, nueve (9) macho-hembra

2. Software:

BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES
SOFTWARE ESPECIALIZADO	4	<ul style="list-style-type: none">• Licencia de Software (SaaS) Plataforma en la nube MiPacienteVideo consulta y Mi MiPaciente Historia Clínica• Las licencias deben tener mínimo un año de vigencia

3. Equipos biomédicos

BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES
Estetoscopio	3	<ul style="list-style-type: none">• Digital
Otoscopio	3	<ul style="list-style-type: none">• Digital, con cámara, imagen a color, con pantalla independiente cámara, pantalla de 5 pulgadas o mayor, con almacenamiento de datos y posibilidad de transferencia de datos e imágenes a otros dispositivos como computadores
Medidor glucosa, colesterol, hemoglobina	3	<ul style="list-style-type: none">• Digital o LCD, portátil, con lectura de datos (Puede ser un solo equipo o equipos por separado que cumplan con cada función), equipo PCOT, con puerto USB para exportar datos y/o impresora de resultados y/o memoria interna para almacenar registros, que incluya puerto para impresora, Tiempo de medición: 360 segundos o menos, Tipo de muestra: Sangre completa, capilar o venosa, que determine los siguientes parámetros: Colesterol Total, Triglicéridos, Colesterol HDL, índice arterial, glucosa
Electrocardiógrafo	3	<ul style="list-style-type: none">• Con impresión de datos e imágenes, con capacidad para compartir información e imágenes en dispositivos como computadores, con accesorios pediátricos y adultos para toma de exámenes, con pantalla de mínimo 5 pulgadas
Tensiómetro	3	<ul style="list-style-type: none">• Con bluetooth, que permita compartir datos y digital



Oxímetro	3	• Con bluetooth, que permita compartir datos y digital
Termómetro	3	• Con bluetooth, que permita compartir datos y digital
Balanza Adulto	3	• Bascula digital electrónica, con bluetooth, con capacidad mínimade 180 kg
Balanza Pesa bebes	3	• Balanza digital
Tallímetro adulto	3	• Manual
Tallímetro pediátrico	3	• Manual
Tabla de snellen	3	• A color alfabético
Tabla de snellen	3	• A color no alfabético
Martillo de reflejos	3	--
Cinta métrica	3	• Manual
Monitor fetal	3	• Que permita compartir datos y digital, medición de tono uterino y frecuencia cardiaca fetal, con impresora
Oftalmoscopio	3	• Con iluminación led

4. Mobiliario asistencial

BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES
Camilla	3	• Camilla básica para consultorio, con colchoneta que permita fácil limpieza y desinfección
Escalera	3	• Escalera para ascenso a camilla, de fácil limpieza y desinfección

5. Equipo de soporte

BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES
Plantas eléctricas	4	<ul style="list-style-type: none">• Planta eléctrica de 75kva /60km automática combinada e insonora con transferencia automática con sus correspondientes adecuaciones para su funcionamiento que cumplan con las especificaciones técnicas• Incluir instalación de la planta eléctrica incluyendo accesorios y posibles modificaciones y/u obras de infraestructura• Se requiere instalar un equipo generador de energía diésel para garantizar la continuidad del servicio, como respaldo en caso de fallar el sistema eléctrico ya sea por falta de energía o por deficiencia en las instalaciones existentes, debe entrar a soportar el funcionamiento de los equipos.• La instalación de la planta necesita cabina de insonorización según modelo planta con un máximo de ruido de 168 Db,

3





		<p>acometidas BT en conductor cobre THWN calibre 250 MCM, transferencia trifásica 250^a</p> <ul style="list-style-type: none">• Base en concreto de 3.500 PSI para soporte de la panta de emergencia, tanque de almacenamiento externo y refrigeración necesarias para su optimo funcionamiento. <p>LA PLANTA ELÉCTRICA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS Y CERTIFICACIONES:</p> <ul style="list-style-type: none">• Alternador: GB755, BS5000, VDE0530, NEMA MG1-22, IEC34, CSA C22.2- 100, AS1359.• Motor: ISO 3046, BS5514, DIN6271• Grupo Electrónico: ISO8528, ISO 14000, ISO3046, GB755, BS5000, VDE0530, IEC34-1, IEC 60034-30• Norma Colombiana: RETIE, NTC2050 (CEC)• INSONORIZADA: SI• BREAKER PROTECCION GENERAL: SI• BATERIA:SI• CARGADOR: SI• TANQUE COMBUSTIBLE: SI• SILENCIADOR - TUBO FLEXIBLE: SI• TRANSFERENCIA: SI
--	--	---

6. Personal para el proyecto:

BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES
Dirección científica del proyecto	1	<ul style="list-style-type: none">• Médico general con experiencia como médico administrativo o Profesional especialista en gerencia en salud con experiencia en administración de servicios de salud (la cantidad referida acota meses), con el fin de dirigir e implementar el proyecto en Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco
Implementación-fase preoperativa-fase operativa	1	<ul style="list-style-type: none">• Médico o profesional con master telemedicina con el fin de realizar coordinación, implementación, capacitación a la Implementación-fase preoperativa-fase operativa y a apoyo a la dirección científica del proyecto de Telemedicina en en Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco (la cantidad referida acota meses)
Coordinador logístico	1	<ul style="list-style-type: none">• Administración de empresas o carreras afines para Gestión Logística, Compras, Importaciones, Ejecución, Monitoreo, Gestión de la Información, Evaluación, Indicadores de la implementación de un proyecto de telemedicina en Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco (la cantidad referida acota meses)

7. Las cotizaciones deben registrar:

- Incluir entrega de equipos



- Incluir manuales de uso
- Incluir capacitación en manejo de equipos
- Incluir instalación de equipos
- Garantía mínima de un año en equipos y complementarios
- Garantizar que son equipos nuevos
- Forma de pago
- Valor unitario por equipo y valor total
- Valor discriminando IVA y en pesos colombianos

ANÁLISIS DE LA SOLICITUD:

La presente solicitud no obliga al Hospital a la suscripción de un contrato ni acuerdo. Los cotizantes podrán solicitar ampliación de especificaciones técnicas al correo planeacion@hospitalsanjuanbautista.gov.co


SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA
Gerente

Proyectó: Andrés Huertas Calderón