



PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E VIGENCIA 2024

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
2	28/01/2020	Cambio vigencia y versión
3	28/01/2021	Ítem seguimiento Vigencia - versión
4	20/01/2022	Vigencia – periodicidad mantenimiento, responsables y se excluyen ítem que no son mantenimiento como adquisición de SOAT y Tecno mecánica
5	11/01/2023	Actualización plan para 2023
6	24/01/2024	Actualización general del documento y periodicidad de mantenimiento.

Elaboró: Área Mantenimiento y Profesional Universitaria Área Financiera y Recursos Físicos	Actualizó: Yenny Paola Suarez- Luis Fernando Méndez	Revisó: Comité de Gestión y Desempeño- MIP	Aprobó: Comité de Gestión y Desempeño- MIP
Cargo:	Cargo: Profesional Universitaria Área Financiera y Recursos Físicos Ingeniero Biomédico	Cargo: Comité de Gestión y Desempeño- MIPG	Cargo: Comité de Gestión y Desempeño- MIPG
Fecha: 20/01/2021	Fecha: 24/01/2024	Fecha: 25/01/2024	Fecha: 25/01/2024

Elaborado por: Área de mantenimiento y Profesional universitaria Área financiera y Recursos Físicos	Copia controlada	Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG		Fecha de Aprobación: 25/01/2024

**TABLA DE CONTENIDO**

1	INTRODUCCIÓN	3
2	JUSTIFICACIÓN.....	3
3	NORMATIVIDAD.....	3
4	OBJETIVO GENERAL	4
5	OBJETIVOS ESPECIFICOS.....	4
6	VISIÓN	5
7	MISIÓN.....	5
8	ALCANCE.....	5
9	DEFINICIONES.....	6
10	ACTIVIDADES DEL PLAN A DESARROLLAR	7
11	MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMEDICOS	7
11.1	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS PARA EQUIPOS BIOMEDICOS	8
11.2	MEDICION DE CUMPLIMIENTO	10
11.3	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO.....	10
11.4	INVENTARIO DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS	11
12	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE USO HOSPITALARIO	37
12.1	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS INDUSTRIALES DE USO HOSPITALARIO.....	37
12.2	MEDICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE USO HOSPITALARIO.....	39
12.3	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EQUIPOS INDUSTRIALES	40
13	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	45
14	MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPOS INDUSTRIALES ..	48

Elaborado por: Área de mantenimiento y Profesional universitaria Área financiera y Recursos Físicos	Copia controlada	Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG		Fecha de Aprobación: 25/01/2024



1 INTRODUCCIÓN

El Hospital San Juan Bautista E.S.E con la finalidad de garantizar el desarrollo de la institución, tiene como una de sus prioridades dar cumplimiento a la normativa e implementar un plan de mantenimiento hospitalario que garantice la calidad para el mejoramiento del nivel de salud de la población chaparraluna y su área de influencia, utilizando como una de sus estrategias, el mejoramiento de la calidad de la atención integral en los servicios de salud; este compromiso con la comunidad en general, y con el usuario en particular, impone un compromiso para todos los servicios involucrados. Con el objetivo de mantener en buen estado y funcionando correctamente los equipos, muebles y enseres con los que cuenta la ESE dentro de sus activos y también con los que se encuentran en calidad de comodato, alquiler o préstamo para brindar la prestación de los servicios a los usuarios con calidad y oportunidad, garantizando así la seguridad del paciente.

Teniendo en cuenta que el mantenimiento hospitalario entra a jugar un papel importante en la prestación de los servicios, se diseñó el plan de mantenimiento para la vigencia 2024 diseñando el cronograma de mantenimiento para cada área de la institución definiendo las fechas y los periodos correspondientes a cada área y así facilitar la detección temprana, solución y prevención de dificultades o fallos que se puedan presentar en la institución.

2 JUSTIFICACIÓN

El hospital san juan bautista E.S.E ha implementado un plan de mantenimiento que garantice cumplir con los estándares de calidad en los servicios prestados a la población, utilizando este plan de mejoramiento como una de sus estrategias de progreso y avances en todos los aspectos del hospital.

La importancia del mantenimiento hospitalario es consecuencia inmediata del progreso científico, que ha transformado la clásica relación de médico paciente al introducir los equipos e instrumentos para el diagnóstico y tratamientos de enfermedades.

Es necesario conocer el valor que se merece el mantenimiento hospitalario dentro de este contexto, debido al desarrollo tecnológico en equipamiento y maquinaria cada vez más creciente convirtiéndose en un apoyo primordial en todas las actividades de se derivan de la atención de la salud.

3 NORMATIVIDAD

Para la elaboración del plan de mantenimiento hospitalario del Hospital San Juan Bautista E.S.E es necesario tener en cuenta lo establecido en las siguientes normas legales:

Elaborado por: Área de mantenimiento y Profesional universitaria Área financiera y Recursos Físicos	Copia controlada	Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG		Fecha de Aprobación: 25/01/2024



- **Resolución 4445 de 1996.** Por el cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del Título IV de la Ley 09 de 1979, en lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos hospitalarios y similares.
- **Resolución 3100 de 2019.** Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud.
- **Circular externa 029 de 1997.** Inspección, vigilancia y control en la asignación y ejecución de los recursos destinados al mantenimiento hospitalario y en la elaboración y aplicación de los planes de mantenimiento hospitalario en las instituciones prestadoras de servicios de salud hospitalarios de su jurisdicción.
- **Decreto 1769 de 1994.** Tiene por objeto regular los componentes y criterios básicos para la asignación y utilización de los recursos financieros, 5% del presupuesto total, destinados al mantenimiento de la infraestructura y de la dotación hospitalaria en los hospitales públicos y en los privados en los cuales el valor de los contratos con la Nación o con las entidades territoriales les representen más de un treinta por ciento (30%) de sus ingresos totales.
- **Decreto 1011 de 2006.** Por la cual se establece el sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención de salud del sistema general de seguridad social de salud.

4 OBJETIVO GENERAL

Formular e Implementar el plan de mantenimiento acorde a las necesidades de la institución que ayude a preservar los equipos biomédicos, equipos industriales de uso hospitalario y parque automotor con el propósito de brindar una prestación óptima de los servicios de la institución.

5 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Conservar el buen estado de las instalaciones, equipos y elementos para que aseguren el normal funcionamiento del hospital.
- Garantizar la calidad y oportunidad de la infraestructura y dotación para la mejor atención de los usuarios del hospital.
- Garantizar la seguridad de los usuarios y el personal que administra los recursos físicos del hospital.

Elaborado por: Área de mantenimiento y Profesional universitaria Área financiera y Recursos Físicos	Copia controlada	Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG		Fecha de Aprobación: 25/01/2024



- Prevenir fallas en los equipos e instalaciones físicas que ocasionen paros en los servicios y gastos imprevistos.
- Utilizar en forma planificada los recursos humanos, físicos y económicos en las tareas de mantenimiento hospitalario.

6 VISIÓN

Ser el Hospital de segundo nivel de complejidad del Sur occidente líder del Departamento Tolima, mejorando continuamente las condiciones de calidad de vida de los pacientes, como una Institución sólida y acreditada que cubra las necesidades y expectativas de salud de la comunidad.

7 MISIÓN


Prestar servicios integrales de salud de baja y mediana complejidad, en forma efectiva, oportuna, ética y con calidez humana a la población de Chaparral, su área de influencia y otras, como una organización empresarial, que nos permita una adecuada rentabilidad social y económica.

8 ALCANCE

Este documento tiene el alcance, así como las disposiciones que contiene, son tipo operacional y de cumplimiento para mantenimientos preventivos, correctivos, calibraciones, validaciones y controles de calidad basados en cronogramas y protocolos que permitan el normal funcionamiento del Hospital San Juan Bautista E.S.E garantizando la calidad y seguridad del paciente, empleados o visitantes.

Este Plan de Mantenimiento Hospitalario es aplicable a todas las instalaciones físicas, equipos biomédicos, recursos, planta eléctrica, equipos industriales utilizados por el Hospital San Juan Bautista E.S.E para prestar un servicio de calidad y seguro para el paciente.

Elaborado por: Área de mantenimiento y Profesional universitaria Área financiera y Recursos Físicos	Copia controlada	Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG		Fecha de Aprobación: 25/01/2024

 <p>HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA CHAPARRAL E.S.E. NIVEL II NIT 890.701.459-4</p>	PA-GFS-PI-3	Versión: 6
	PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E DE CHAPARRAL TOLIMA 2024	Página 6 de 49

9 DEFINICIONES

PLAN DE MANTENIMIENTO: Se entiende como el instrumento gerencial diseñado para proporcionar acciones sistemáticas de trabajo al área o servicio en la Institución.

MANTENIMIENTO HOSPITALARIO: Por mantenimiento hospitalario se entiende la actividad técnico-administrativa dirigida principalmente a prevenir averías, y a restablecer la infraestructura y la dotación hospitalaria a su estado normal de funcionamiento, así como las actividades tendientes a mejorar el funcionamiento de un equipo

DOTACIÓN HOSPITALARIA: Para los efectos de la actividad de mantenimiento, la dotación hospitalaria comprende: el equipo industrial de uso hospitalario, el equipo biomédico, los muebles para uso administrativo y para usos asistenciales, y los equipos de comunicaciones e informática.

EQUIPO BIOMÉDICO: Cualquier instrumento, aparato, máquina, software, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos propuestos por el fabricante para su uso en: Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad.

EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO: Hacen parte de la dotación esenciales para el funcionamiento general de la institución pertenecen a este grupo, las plantas eléctricas, los equipos de lavandería y de cocina, las calderas, las bombas de agua, las autoclaves, el equipo de seguridad, el de refrigeración y aquellos equipos relacionados con servicios de apoyo hospitalario.


MANTENIMIENTO: Acciones necesarias para que un elemento sea conservado o restaurado de manera que pueda permanecer de acuerdo con una condición especificada.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Mantenimiento que se realiza de forma preestablecida, siguiendo protocolos de servicio recomendados por los fabricantes de los equipos estipulados en sus manuales técnicos y por la experiencia de cada institución en el uso de estos, con el objetivo de prevenir la ocurrencia de fallas, este incluye limpieza interna, externa, y verificación de parámetros de funcionamiento.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Es el conjunto de tareas destinadas a corregir los defectos que se van presentando en los distintos equipos cuando a consecuencia de una falla ha dejado de proporcionar la calidad de servicio y fiabilidad en el funcionamiento esperada.

MANTENIMIENTO PREDICTIVO: Mantenimiento que se realiza durante las visitas de mantenimiento preventivo y su objetivo es establecer daños cuyos efectos pueden ser

Elaborado por: Área de mantenimiento y Profesional universitaria Área financiera y Recursos Físicos	Copia controlada	Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG		Fecha de Aprobación: 25/01/2024

 <p>HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA CHAPARRAL E.S.E. NIVEL II NIT 890.701.459-4</p>	PA-GFS-PI-3	Versión: 6
	PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E DE CHAPARRAL TOLIMA 2024	Página 7 de 49

corregido antes de que ocasionen malos resultados, daño a los operadores del equipo o paralización del equipo.

CALIBRACIÓN: Conjunto de operaciones que establecen en condiciones específicas, las relaciones entre los valores de magnitudes indicadas por el instrumento de medición o por un sistema de medición y los valores correspondientes determinados por medio de patrones.

10 ACTIVIDADES DEL PLAN A DESARROLLAR

El Plan de mantenimiento establece como principal actividad dar cumplimiento a las necesidades hospitalarias y a la legislación vigente que enmarca el mantenimiento de dotación e infraestructura.

- Mantener en condiciones óptimas la infraestructura, dotación, equipos biomédicos, industriales, cadena de frío, tecnológicos, imagenología y en general.
- Clasificar los equipos y elementos propios del mantenimiento. (Industriales, Biomédicos, Infraestructura y Dotación).
- Elaborar cronograma, el cual puede ser objeto de modificaciones, por bajas y compras de equipos en general.
- Contratar y dar continuidad a las actividades planeadas.
- Supervisar la ejecución de actividades requeridas.

11 MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMEDICOS

Es la inspección periódica a los equipos biomédicos, por medio de actividades programadas, con el objetivo de prevenir averías y fallas, asegurando el correcto funcionamiento y óptimo rendimiento de los equipos y garantizar la seguridad de los pacientes.

El Hospital San Juan Bautista E.S.E para el año 2024 deberá contratar los servicios para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos biomédicos que actualmente cuenta la institución, en conjunto con el coordinador biomédico y el área de financiera realizar el cronograma de mantenimiento preventivos con la finalidad de cubrir los 2025 mantenimientos que requieren para la vigencia.

Para la vigencia 2023 se evidencio que las actividades planeadas y ejecutadas, de los mantenimientos preventivos, teniendo en cuenta los mantenimientos de los equipos realizados vs los mantenimientos de los equipos programados, se obtuvo un 100% de cumplimiento. Por otro lado, se atendieron todas las solicitudes de mantenimientos

Elaborado por: Área de mantenimiento y Profesional universitaria Área financiera y Recursos Físicos	Copia controlada	Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG		Fecha de Aprobación: 25/01/2024



correctivos que se reportaron en el grupo de WhatsApp de la institución, dando solución y diagnóstico a los casos presentados.

La institución también realizó contratación para la calibración de los equipos biomédicos para el año 2023, con la empresa INGENIERIA MC S.A.S especializada en metrología y acreditada por la ONAC, para dar cumplimiento a la normativa vigente y con el fin de verificar que los datos arrojados por los equipos biomédicos se encontraran en el rango de error establecido por el fabricante, con esto evitando resultados poco confiables que generen un diagnóstico o tratamiento erróneo para los pacientes, generando calidad y confianza en la prestación de servicios, siendo de gran importancia dar continuidad durante la vigencia 2024 de acuerdo a los vencimientos de las calibraciones.

11.1 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS PARA EQUIPOS BIOMEDICOS

Para el año 2024 se realizará el plan de mantenimiento hospitalario conjunto con el coordinador biomédico y el área de financiera realizando el cronograma de mantenimiento preventivo cuyo objetivo es prolongar la vida útil de todos los equipos biomédicos. Los mantenimientos se ejecutarán con la periodicidad según el cronograma del plan de mantenimiento anual; estos serán realizados por una empresa contratista teniendo en cuenta que el hospital no cuenta con el personal capacitado dentro su planta de personal.

Actividades de Mantenimiento preventivo y Correctivo Equipos Biomédicos vigencia 2024

N°	Actividad	Descripción de la actividad	Responsable	Formato
1	Realizar programación de mantenimiento de equipos biomédicos.	Programar las fechas para realizar mantenimiento preventivo a los equipos biomédicos de la entidad para todo el año. Organizar los mantenimientos programados en un registro mensual de actividades.	Coordinador biomédico. Empresa contratista	Cronograma de mantenimiento biomédico
2	Ejecutar mantenimiento preventivo de equipos biomédicos según cronograma	Se realizan las actividades de mantenimiento en el lugar donde funcionan los equipos, aplicando los protocolos de mantenimiento preestablecidos y las recomendaciones del fabricante, teniendo en cuenta las normas de seguridad y bioseguridad según el caso. Hacer entrega formal del equipo a la persona responsable y	Empresa contratista encargada del mantenimiento de equipos biomédicos	Reporte de servicio. Hoja de vida de equipos biomédicos

Elaborado por: Área de mantenimiento y Profesional universitaria Área financiera y Recursos Físicos	Copia controlada	Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG		Fecha de Aprobación: 25/01/2024



**PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO HOSPITAL SAN JUAN
BAUTISTA E.S.E DE CHAPARRAL TOLIMA 2024**

		diligenciar el reporte del servicio		
3	Ejecutar mantenimiento correctivo de equipos biomédicos	Una vez recibido el reporte de falla o daño de equipos por el grupo de WhatsApp y/u otro medio de comunicación de la institución, se programa el servicio para realizar en sitio o retirar el equipo para intervenir en taller, se hace la reparación, si es necesario se hace la solicitud de repuestos u accesorios, Verificar la correcta operación del equipo. Se Diligencia el reporte de mantenimiento, especificando los datos allí solicitados	Empresa contratista encargada del mantenimiento de equipos biomédicos	Reporte de servicio. Hoja de vida de equipos biomédicos
4	Ejecutar la Calibración de los equipos biomédicos del Hospital San Juan Bautista E.S.E vigencia 2024	La institución contratara el servicio de calibración de equipos biomédicos con una empresa especializada y acreditada ante la ONAC. Como resultado del proceso metrológico se evidenciarán los stickers físicos en casa uno de los equipos biomédicos y certificados de calibración por equipo calibrado, además de un reporte donde se amplíen las no conformidades para la retroalimentación del personal de mantenimiento o para justificar técnicamente la baja de un equipo si es el caso. La periodicidad de calibración de los equipos biomédicos será anual, como es requerido por la normatividad actual vigente.	Empresa contratista encargada de la calibración de equipos biomédicos	Certificado de calibración, sitcker de calibración. Hoja de vida de equipos biomédicos
5	Actualizar el inventario de equipos biomédicos del Hospital San Juan Bautista E.S.E	Se realiza la recogida y registro de los siguientes datos; nombre, marca, modelo, serie, N° de inventario, ubicación, riesgo, clasificación biomédica, registro Invima y condición de equipo	Empresa contratista encargada del mantenimiento de equipos biomédicos	Base de datos en Excel y Hoja de vida de equipos biomedicos
6	Actualizar las hojas de vida de los equipos del Hospital San Juan Bautista E.S. E	Una vez se realiza el mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos biomédicos, se deben incluir en el historial de mantenimiento de las hojas de vida de los equipos biomédicos junto con los reportes de mantenimiento con periodicidad programada.	Empresa contratista encargada del mantenimiento de equipos biomédicos	Hoja de vida de equipos biomédicos

Elaborado por: Área de mantenimiento y Profesional universitaria Área financiera y Recursos Físicos	Copia controlada	Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG		Fecha de Aprobación: 25/01/2024

11.2 MEDICION DE CUMPLIMIENTO

Las metas propuestas para la realización del plan de mantenimiento de equipos biomédicos del Hospital San Juan Bautista E.S.E se logrará a través de la medición de cumplimiento de indicador con una periodicidad trimestral, con el siguiente indicador:

- Los equipos realizados vs los equipos programados para mantenimiento preventivo de cada mes.

11.3 CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS VIGENCIA 2024

SERVICIO	FREC (MESES)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CIRUGIA	4 MESES	X				X				X			
CONSULTA EXTERNA - NUEVA SEDE	4 MESES	X				X				X			
ESTERILIZACIÓN	4 MESES	X				X				X			
GINECOLOGÍA	4 MESES		X				X				X		
HOSPITALIZACIÓN PISO 1	4 MESES		X				X				X		
HOSPITALIZACIÓN PISO 2	4 MESES		X				X				X		
HOSPITALIZACIÓN PEDIATRIA	4 MESES			X				X				X	
LABORATORIO	4 MESES			X				X				X	
ODONTOLOGÍA	4 MESES			X				X				X	
OPTOMETRÍA	4 MESES				X				X				X
RAYOS X	4 MESES				X				X				X
SALA DE PARTOS	4 MESES				X				X				X
TERAPIA FÍSICA	4 MESES	X				X				X			
TERAPIA RESPIRATORIA	4 MESES	X				X				X			
TRANSPORTE ASISTENCIAL	4 MESES	X				X				X			
URGENCIAS	4 MESES		X				X				X		
VACUNACIÓN	4 MESES		X				X				X		
FARMACIA	4 MESES		X				X				X		
UCI	4 MESES			X				X				X	

Elaborado por: Área de mantenimiento y
Profesional universitaria Área financiera y
Recursos Físicos

Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño
MIPG

Copia controlada

Aprobado por: Comité de Gestión y
Desempeño MIPG

Fecha de Aprobación: 25/01/2024



11.4 INVENTARIO DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO	RIESGO	SERVICIO
BASCULA DE PISO	KENWELL	BLANCA	10025613	1177	I	CIRUGÍA
BASCULA BEBÉ	HEALTH O METER	553KL	5530042578	NR	IIB	CIRUGÍA
BOMBA DE INFUSION	ENMIND	EN-V7	70231065099	NT	IIB	CIRUGIA
BOMBA DE INFUSION	ENMIND	EN-V7	70231065092	NT	IIB	CIRUGIA
BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	SYS 6010	6010170200281	NR	IIB	CIRUGÍA
BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	SYS 6010	6010190100211	NR	IIB	CIRUGÍA
DESFIBRILADOR	METRAX PRIMEDIC	XD 110	7C3675000236	1215	IIB	CIRUGÍA
ELECTROBISTURI	BOVIE	AARON IDS 300	BV1108012	NT	IIB	CIRUGÍA
ELECTROBISTURI	ALSA EXCELL	250	2501-06/07	1323	IIB	CIRUGÍA
FLUJOMETRO	VICTOR MEDICAL	SENCILLO	3	NT	IIA	CIRUGÍA
FLUJOMETRO	VICTOR MEDICAL	SENCILLO	1	NT	IIA	CIRUGÍA
FLUJOMETRO	VICTOR MEDICAL	SENCILLO	2	NT	IIA	CIRUGÍA
FLUJOMETRO	GENTEC	FM197B	61K20060039-437	NT	IIA	CIRUGÍA
FLUJOMETRO	VICTOR MEDICAL	DOBLE	8	NT	IIA	CIRUGÍA
FLUJOMETRO	AMVEX	NT	QOBP03942	NT	IIA	CIRUGÍA
FLUJOMETRO	AIR METAN	F100	NR	NR	IIA	CIRUGÍA
FLUJOMETRO	GENTEC	NT	6K20060039/428	NR	IIA	CIRUGÍA
FONENDOSCOPIO	NT	UN SERVICIO ADULTO (NEGRO)	NT		I	CIRUGÍA
FONENDOSCOPIO	NT	UN SERVICIO ADULTO (NEGRO)	NT	NT	I	CIRUGÍA
INCUBADORA	ADVANCED	A3186	CL6010	1281	IIB	CIRUGÍA
INCUBADORA	ADVANCED	A3186	CL6008	1862	IIB	CIRUGÍA
INCUBADORA	ADVANCED	A3186	CL5487	2590	IIB	CIRUGÍA
INFANTOMETRO	SECA	417	19-17-05-229	NR	IIB	CIRUGÍA
INFUSOR DE PRESION	RIESTER	METPAK	110719415	NT	I	CIRUGÍA
LAMPARA DE CALOR RADIANTE	FANEM2	2051-LDR	DAB-8748	1312	IIB	CIRUGÍA
LAMPARA AUXILIAR	HERAUS	HANALUX BLUE80	55002052	1327	I	CIRUGÍA
LAMPARA CIALITICA	MINDRAY	HYLED 8600/8600	K2-71001020	1260	I	CIRUGÍA
LAMPARA CIALITICA	MINDRAY	HYLED 760/760	15-13001064	NT	I	CIRUGÍA
LAMPARA CIELITICA AUXILIAR	WELCH ALLYN	GS-900	.10023915111253	1328	I	CIRUGÍA
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60400	PEDIATRICO	NT	I	CIRUGÍA

Elaborado por: Área de mantenimiento y Profesional universitaria Área financiera y Recursos Físicos
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG

Copia controlada

Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG

Fecha de Aprobación: 25/01/2024



PA-GFS-PI-3

Versión: 6

**PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO HOSPITAL SAN JUAN
BAUTISTA E.S.E DE CHAPARRAL TOLIMA 2024**

Página 12 de 49

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO	RIESGO	SERVICIO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	00732094142907	NT	I	CIRUGÍA
LARINGOSCOPIO	LEIBINGER	6534011	NT	NR	I	CIRUGÍA
LARINGOSCOPIO	AMTEC	NR	NR	NR	I	CIRUGÍA
MAQUINA DE ANESTESIA	GENERAL ELECTRIC	9100C	ME12100319	1326	IIB	CIRUGÍA
MAQUINA DE ANESTESIA	DRAGER	ATLAN A300	ASRE-0012	NT	IIB	CIRUGÍA
MESA DE CIRUGIA	AMSCO	TEN EIGHTY	235822	1315	I	CIRUGÍA
MESA DE CIRUGIA	ADVANCED	OT-500	17-T532-002	NT	I	CIRUGÍA
MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M50	333123-M13304660010	1285	IIB	CIRUGÍA
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 10	EX3A011625	1257		CIRUGÍA
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 10	EX-3A011626	1256	IIB	CIRUGÍA
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 10	EX-3A011627	1255	IIB	CIRUGÍA
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 10	EX-3A011628	1258	IIB	CIRUGÍA
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	BENEVIEW T5	CM23123761	1325	IIB	CIRUGÍA
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC 10	KN-69002281	NT	IIB	CIRUGÍA
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNE1857	NT	IIB	CIRUGÍA
SUCCIONADOR DE SECRECIONES	THOMAS	1240	.120800002039	1324	IIA	CIRUGÍA
SUCCIONADOR DE SECRECIONES	THOMAS	1130	.119600000267	1287	IIA	CIRUGÍA
SUCCIONADOR DE SECRECIONES	THOMAS	1240	120800002038	1317	IIA	CIRUGÍA
TENSIOMETRO	SPHYNOMANOMETER	ANEROIDE NEONATAL	CE0123	NT	I	CIRUGÍA
TERMOHIGROMETRO	HTC	HTC-2	.0171		I	CIRUGÍA
TERMOHIGROMETRO	NT	HTC1	.0173	NT	I	CIRUGÍA
TERMOHIGROMETRO	NT	HTC1	.0174	NT	I	CIRUGÍA
TERMOMETRO	FRIDGE FREEZER	NT	.0172	NT	I	CIRUGÍA
TERMOHIGROMETRO	GENERICO	ANALOGO	NT	NT	I	CIRUGÍA
VAPORIZADOR	PENLON	SIGMA DELTA	D06110433	NT	IIB	CIRUGÍA
VAPORIZADOR	PENLON	TEC5 SIGMA DELTA	D0702252	NT	IIB	CIRUGÍA
BASCULA DE PISO	SECA	813121009	8813030212220		I	CONS EXTERNA
BASCULA DE PISO	SECA	813	8813030211940	NT	I	CONS EXTERNA
BASCULA DE PISO	HEALTH O METER	149KLX	3500062325	2216	I	CONS EXTERNA
BASCULA DE PISO	HEALTH O METER	160KG	1600007257	,0894	I	CONS EXTERNA
BASCULA DE PISO	SECA	813	8813030212219	2325	I	CONS EXTERNA
BASCULA DE PISO	SECA	813	8813030211094	0828	I	CONS EXTERNA
BASCULA DE PISO	DETECTO	ADULTO 160KG	NT	3115	I	CONS EXTERNA
BASCULA DE PISO	HEALTH O METER	349 KLX	3500062224	,0875	I	CONS EXTERNA

Elaborado por: Área de mantenimiento y Profesional universitaria Área financiera y Recursos Físicos
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG

Copia controlada

Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG

Fecha de Aprobación: 25/01/2024



**PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO HOSPITAL SAN JUAN
BAUTISTA E.S.E DE CHAPARRAL TOLIMA 2024**

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO	RIESGO	SERVICIO
BASCULA DE PISO	HEALTH O METER	349 KLX	3500062111	2197	I	CONS EXTERNA
BASCULA DE PISO	HEALTH O METER	349 KLX	3500062225	2156	I	CONS EXTERNA
BASCULA DE PISO	HEALTH O METER	350 KLX	3500061959	,0861	I	CONS EXTERNA
BASCULA PESA BEBE	HEALTH O METER	522KL DIGITAL	5220005966	2218	I	CONS EXTERNA
BASCULA PESA BEBE	HEALTH O METER	522KL DIGITAL	5220006057	,0825	I	CONS EXTERNA
BASCULA PESA BEBE	HEALTH O METER	522KL DIGITAL	5220006025	.0819	I	CONS EXTERNA
BASCULA PESA BEBE	HEALTH O METER	522 KL DIGITAL	5220003733	2324	I	CONS EXTERNA
BASCULA PESA BEBE	HEALTH O METER	386KGS	1300000243	NR	I	CONS EXTERNA
DOPPLER FETAL	HUNTLEIGH	FD1+	D920	NT	IIB	CONS EXTERNA
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	NT	NT	IIB	CONS EXTERNA
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	560054-M19807560033	3166	IIB	CONS EXTERNA
ELECTROCARDIOGRAFO	EDAN	SE-3	309025-M1402210013	2339	IIB	CONS EXTERNA
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	POCKET LED ESTUCHE	CON-Nº2	NT	I	CONS EXTERNA
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	POCKET LED ESTUCHE	CON-Nº3	NT	I	CONS EXTERNA
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	POCKET LED ESTUCHE	CON-Nº4	NT	I	CONS EXTERNA
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	POCKET LED ESTUCHE	CON-Nº5	NT	I	CONS EXTERNA
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	POCKET LED ESTUCHE	CON-Nº6	NT	I	CONS EXTERNA
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	POCKET LED ESTUCHE	CON-Nº7	NT	I	CONS EXTERNA
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	POCKET LED ESTUCHE	CON-Nº8	NT		CONS EXTERNA
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	POCKET LED ESTUCHE	CON-Nº9	NT	I	CONS EXTERNA
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	POCKET LED ESTUCHE	CON-Nº10	NT	I	CONS EXTERNA
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	POCKET LED ESTUCHE	CON-Nº11	NT	I	
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	POCKET LED ESTUCHE	CON-Nº12	NT	I	CONS EXTERNA
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	POCKET LED ESTUCHE	NT	NT	I	CONS EXTERNA
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	GS777	LOTE 15173 REF 408282	0878	I	CONS EXTERNA
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	GS777	LOTE 215162 REF 408282	3113	I	CONS EXTERNA
FLUJOMETRO	VICTOR MEDICAL	NT	NT	NT	IIA	CONS EXTERNA
FONENDOSCOPIO	ALPK2	ADULTO PEDIATRICO (NEGRO)	NT	NT	I	CONS EXTERNA
FONENDOSCOPIO	GENERICO	ADULTO PEDIATRICO (NEGRO)	NT	NT	I	CONS EXTERNA

Elaborado por: Área de mantenimiento y Profesional universitaria Área financiera y Recursos Físicos	Copia controlada	Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG		Fecha de Aprobación: 25/01/2024



**PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO HOSPITAL SAN JUAN
BAUTISTA E.S.E DE CHAPARRAL TOLIMA 2024**

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO	RIESGO	SERVICIO
FONENDOSCOPIO	GENERICO	ADULTO PEDIATRICO (NEGRO)	NT	NT	I	CONS EXTERNA
FONENDOSCOPIO	GENERICO	ADULTO PEDIATRICO (GRIS)	NT	NT	I	CONS EXTERNA
FONENDOSCOPIO	LORD	ADULTO PEDIATRICO (NEGRO)	NT	NT	I	CONS EXTERNA
FONENDOSCOPIO	GENERICO	ADULTO PEDIATRICO (GRIS)	NT	NT	I	CONS EXTERNA
FONENDOSCOPIO	GENERICO	ADULTO PEDIATRICO (NEGRO)	NT	NT	I	CONS EXTERNA
FONENDOSCOPIO	OSNEL	ADULTO (AZUL)	NT	NT	I	CONS EXTERNA
INFANTOMETRO	SECA	NT	4171721009	3129	I	CONS EXTERNA
INFANTOMETRO	SECA	NT	417721010	NR	I	
INFANTOMETRO	SECA	NT	417721011	2323	I	CONS EXTERNA
INFANTOMETRO	SECA	NT	417721012	0834	I	CONS EXTERNA
INFANTOMETRO	SECA	NT	NR	2174	I	CONS EXTERNA
INFANTOMETRO	SECA	NT	417721013	2131	I	CONS EXTERNA
INFANTOMETRO	SECA	NT	NR	2210	I	CONS EXTERNA
INFUSOR DE PRESION	ALPK2	METRAX	182856	NR	I	CONS EXTERNA
LAMPARA CUELLO DE CISNE	KRAMER	NT	NT	NT	I	CONS EXTERNA
LAMPARA CUELLO DE CISNE	KRAMER	NT	NT	0937	I	CONS EXTERNA
SIERRA CORTA YESOS	DIMEDA	ELECTRONIC POWER	41012	NT	I	CONS EXTERNA
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C18010231	2173	I	CONS EXTERNA
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C18010247	2203	I	CONS EXTERNA
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C18010244	NT	I	CONS EXTERNA
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C18010230	.0863	I	CONS EXTERNA
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C18010228	.0874	I	CONS EXTERNA
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C18010245	2145	I	CONS EXTERNA
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C20011499	2157	I	CONS EXTERNA
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C18010196	2189	I	CONS EXTERNA
TALLIMETRO	SECA	213	1000000534931	0827	I	CONS EXTERNA
TALLIMETRO	SECA	214	1000000597064	2322	I	CONS EXTERNA
TALLIMETRO	SECA	215	1000000534932	2213	I	CONS EXTERNA
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C18010343	2132	I	CONS EXTERNA
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C18010340	.0893	I	CONS EXTERNA
TENSIOMETRO	ALPK2	ANEROIDE	085654	NT	I	CONS EXTERNA

Elaborado por: Área de mantenimiento y Profesional universitaria Área financiera y Recursos Físicos	Copia controlada	Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG		Fecha de Aprobación: 25/01/2024



PA-GFS-PI-3

Versión: 6

**PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO HOSPITAL SAN JUAN
BAUTISTA E.S.E DE CHAPARRAL TOLIMA 2024**

Página 15 de 49

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO	RIESGO	SERVICIO
		PEDIATRICO				
TENSIOMETRO DE PARED	TYCOS	ADULTO	108805721	.0835	I	CONS EXTERNA
TENSIOMETRO DE PARED	ALPK2	ANEROIDE ADULTO	28974	0548	I	CONS EXTERNA
TENSIOMETRO DE PARED	ALPK2	ANEROIDE ADULTO	28907	.0881	I	CONS EXTERNA
TENSIOMETRO DE PARED	APLK2	ANEROIDE ADULTO	28916	0581	I	CONS EXTERNA
TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	ANEROIDE ADULTO	151027105075	0895	I	CONS EXTERNA
TENSIOMETRO DE PARED	ALPK2	ANEROIDE ADULTO	003830	2135	I	CONS EXTERNA
TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	ANEROIDE ADULTO	151027235325	2161	I	CONS EXTERNA
TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	LIFIMED	151027234245	2144	I	CONS EXTERNA
TENSIOMETRO DE PARED	ALPK2	ADULTO	003805	2326	I	CONS EXTERNA
TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	776 SERIES	060419230501	2336	I	CONS EXTERNA
TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	ANEROIDE ADULTO	151027130555	1005	I	CONS EXTERNA
TENSIOMETRO DE PARED	ALPK2	NT	28974	0859	I	CONS EXTERNA
TENSIOMETRO	ALPK2	NT	360556	NT	I	CONS EXTERNA
TENSIOMETRO	ALPK2	PEDIATRICO	718712	NT	I	CONS EXTERNA
TENSIOMETRO	ALPK2	ADULTO	719008	NT	I	CONS EXTERNA
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	DURA SHOCK	200511143139	NT	I	CONS EXTERNA
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	NR	220401120137	NT	I	CONS EXTERNA
TENSIOMETRO	VALCRI	NT	.0197	NT	I	CONS EXTERNA
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	DURA SHOCK	100302212001	NT	I	CONS EXTERNA
TENSIOMETRO	ALPK2	ADULTO	805674	NT	I	CONS EXTERNA
TENSIOMETRO	ALPK2	ADULTO	087437	NT	I	CONS EXTERNA
TENSIOMETRO	ALPK2	ADULTO	719304	NT	I	CONS EXTERNA
TENSIOMETRO	ALPK2	PEDIATRICO	708872	NT	I	CONS EXTERNA
TENSIOMETRO	ALPK2	PEDIATRICO	709107	NT	I	CONS EXTERNA
TENSIOMETRO	ADVANCED	NT	NT	NT	I	CONS EXTERNA
AUTOCLAVE VERTICAL	AMERICAN ESTERILIZER	OX36	161852	2770	IIB	ESTERILIZACIÓN
CORTA GASAS	MILENIO	RC-100	NT	2775	I	ESTERILIZACIÓN
ESTERILIZADOR ULTRAVIOLETA	OVENS	UV30	NT	2777	I	ESTERILIZACIÓN
INCUBADORA DE BIOLÓGICOS	BROWNE	1401	05121844	2776	IIB	ESTERILIZACIÓN
TERMOHIGROMETRO	FRANCE	ANALOGO	NR	NR	I	ESTERILIZACIÓN
NEVERA	ABBA	RS-10A	041000048	0642	I	FARMACIA
TERMOHIGROMETRO	HALTHEN	TTH-002	5490		I	FARMACIA
TERMOHIGROMETRO	HTC2	NR	IBP0199	NR	I	FARMACIA

Elaborado por: Área de mantenimiento y
Profesional universitaria Área financiera y
Recursos Físicos
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño
MIPG

Copia controlada

Aprobado por: Comité de Gestión y
Desempeño MIPG

Fecha de Aprobación: 25/01/2024



**PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO HOSPITAL SAN JUAN
BAUTISTA E.S.E DE CHAPARRAL TOLIMA 2024**

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO	RIESGO	SERVICIO
TERMOHIGROMETRO	HALTHEN	TTH-002	5490		I	FARMACIA
TERMOMETRO	FRIDGE FREZZER	NT	IBP0220	NR	I	FARMACIA
TERMOHIGROMETRO	UNI-T	A12T	C221554360	NR	1	FARMACIA
COLPOSCOPIO	LEISEGANG	103	43448	3005	I	GINECOLOGIA
CRIOCAUTERIO	WALLACH	LL-100	0514-034	0976	IIB	GINECOLOGIA
DOPPLER FETAL	KERNEL	KN-200	C10010013	0969	IIB	GINECOLOGIA
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX11PRO	560054-M19B11620030	3012	IIB	GINECOLOGIA
ECOGRAFO	MINDRAY	DP-30	6U-69001936	3017	IIB	GINECOLOGIA
ECOGRAFO	MINDRAY	Z50	HH6-19001483	2283	IIB	GINECOLOGIA
ELECTROCAUTERIO	BOVIE	DERM 942	B4D4716023	3036	IIB	GINECOLOGIA
FONENDOSCOPIO	NT	NEGRO	2182081	NT	I	GINECOLOGIA
IMPRESORA TERMICA	SONY	UP897CMD	268240	NT	I	GINECOLOGIA
IMPRESORA TERMICA	SONY	UP-X898MD		NT	I	GINECOLOGIA
IMPRESORA TERMICA	SONY	UPP-110	7139241	3015	I	GINECOLOGIA
IMPRESORA TERMICA	SONY	UPP-110	7139240	2282	I	GINECOLOGIA
LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	GS-300	160715	3003	I	GINECOLOGIA
TENSIOMETRO PARED	WELCH ALLYN		151027105835	2278	I	GINECOLOGIA
BASCULA DE PISO	DETECTO	MECANICA	NT	1770	I	H. PEDIATRICA
BOMBA DE INFUSION	ENMIND	EN-V7	70230964448	NT	IIB	H. PEDIATRICA
BOMBA DE INFUSION	ENMIND	EN-V7	70230964446	NT	IIB	H. PEDIATRICA
BOMBA DE INFUSION	ENMIND	EN-V7	70220857577	NT	IIB	H. PEDIATRICA
BOMBA DE INFUSION	ENMIND	EN-V7	70230964476	NT	IIB	H. PEDIATRICA
BOMBA DE INFUSION	ENMIND	EN-V7	70230964474	NT	IIB	H. PEDIATRICA
BOMBA DE INFUSION	ENMIND	EN-V7	70230964473	NT	IIB	H. PEDIATRICA
BOMBA DE INFUSION	ENMIND	EN-V7	70230964469	NT	IIB	H. PEDIATRICA
BOMBA DE INFUSION	ENMIND	EN-V7	70230964488	NT	IIB	H. PEDIATRICA
BOMBA DE INFUSION	ENMIND	EN-V7	70230964477	NT	IIB	H. PEDIATRICA
BOMBA DE INFUSION	ENMIND	EN-V7	70230964475	NT	IIB	H. PEDIATRICA
BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	SYS 6010	6010170300602	1047	IIB	H. PEDIATRICA
BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	SYS 6010	6010170200299	1317	IIB	H. PEDIATRICA
BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	SYS6010	6010170200298	3422	IIB	H. PEDIATRICA
BUSCADOR DE VENA	TRASLITE	VEINLITE EMS PRO	20150494	NT	I	H. PEDIATRICA
CAMA CUNA	L&K	NT	9	1763	I	H. PEDIATRICA
CAMA CUNA	L&K	NT	10	1762	I	H. PEDIATRICA

Elaborado por: Área de mantenimiento y Profesional universitaria Área financiera y Recursos Físicos
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG

Copia controlada

Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG

Fecha de Aprobación: 25/01/2024



**PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO HOSPITAL SAN JUAN
BAUTISTA E.S.E DE CHAPARRAL TOLIMA 2024**

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO	RIESGO	SERVICIO
CAMA CUNA	L&K	NT	13	1768	I	H. PEDIATRICA
CAMA CUNA	L&K	NT	14	1767	I	H. PEDIATRICA
CAMA CUNA	L&K	NT	16	1764	I	H. PEDIATRICA
CAMA CUNA	L&K	NT	18	1765	I	H. PEDIATRICA
CAMA CUNA	L&K	NT	1	1813	I	H. PEDIATRICA
CAMA CUNA	L&K	NT	2	1814	I	H. PEDIATRICA
CAMA CUNA	L&K	NT	21	1769	I	H. PEDIATRICA
CAMA CUNA ELECTRICA	L&K	NT	22	1760	I	H. PEDIATRICA
CAMA CUNA ELECTRICA	LOS PINOS	NT	NT	NT	I	H. PEDIATRICA
CAMA ELECTRICA	M.B.	NT	16	NT	I	H. PEDIATRICA
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	POCKET JUNIOR	NT	NT	I	H. PEDIATRICA
FLUJOMETRO	VICTOR MEDICAL	NT	NO PORTA	NT	I/A	H. PEDIATRICA
FLUJOMETRO	VICTOR MEDICAL	NT	NO PORTA	NT	I/A	H. PEDIATRICA
FLUJOMETRO	VICTOR MEDICAL	NT	NO PORTA	NT	I/A	H. PEDIATRICA
FLUJOMETRO	VICTOR MEDICAL	NT	NO PORTA	NT	I/A	H. PEDIATRICA
FLUJOMETRO	VICTOR MEDICAL	NT	NO PORTA	NT	I/A	H. PEDIATRICA
FLUJOMETRO	VICTOR MEDICAL	NT	NO PORTA	NT	I/A	H. PEDIATRICA
FLUJOMETRO	TIMETER	NT	MO63110	NT	I/A	H. PEDIATRICA
FONENDOSCOPIO	ALPK2	ADULTO PEDIATRICO NEGRO	NT	NT	I	H. PEDIATRICA
FONENDOSCOPIO	ALPK2	ADULTO PEDIATRICO NEGRO	NT	NT	I	H. PEDIATRICA
FONENDOSCOPIO	TYCOS WELCH ALLYN	ADULTO PEDIATRICO NEGRO	NT	NT	I	H. PEDIATRICA
INCUBADORA	AIR SHIELDS	ISOLETTE 450QT	W-CO3263	1209	I/B	H. PEDIATRICA
INCUBADORA	AIR SHIELDS	ISOLETTE 450QT	W-V04172	1208	I/B	H. PEDIATRICA
LAMPARA CUELLO DE CISNE	KRAMER	NT	NT	1866	I	H. PEDIATRICA
LAMPARA DE FOTOTERAPIA	DAVID	XHZ-90L	46130903003	1265	I/B	H. PEDIATRICA
LAMPARA DE FOTOTERAPIA	ADVANCED	PT-2000	JAN053993	1881	I/B	H. PEDIATRICA
LAMPARA DE FOTOTERAPIA	ADVANCED	PT-2000	JAN053988	1877	I/B	H. PEDIATRICA
LAMPARA DE FOTOTERAPIA	ADVANCED	PT-2000	JAN053989	1878	I/B	H. PEDIATRICA
LAMPARA DE FOTOTERAPIA	ADVANCED	PT-2000	JAN054001	1270	I/B	H. PEDIATRICA
LAMPARA DE FOTOTERAPIA	KRAMER	LEDNEO	.07042016	1210	I/B	H. PEDIATRICA
LARINGOSCOPIO	SUNMED GREENLINE	FIBRA OPTICA	MAC 2,3 MIL 0,0,1,2,3	NT	I	H. PEDIATRICA
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC-1200	CC-84103862	1159	I/B	H. PEDIATRICA

Elaborado por: Área de mantenimiento y Profesional universitaria Área financiera y Recursos Físicos	Copia controlada	Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG		Fecha de Aprobación: 25/01/2024



**PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO HOSPITAL SAN JUAN
BAUTISTA E.S.E DE CHAPARRAL TOLIMA 2024**

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO	RIESGO	SERVICIO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC 10	KN-669002280	1236	IIB	H. PEDIATRICA
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC 10	KN-69002282	1278	IIB	H. PEDIATRICA
BASCULA PESA BEBE	HEALTH O METER	522KL	5220005959	1169	I	H. PEDIATRICA
PESA PAÑAL	SECA	22089	8856288190041	NT	I	H. PEDIATRICA
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	316036-M12603920040	NT	IIB	H. PEDIATRICA
PULSOXIMETRO	EDAN	H100	360101-M17C01780013	1157	IIB	H. PEDIATRICA
TALLIMETRO	CHARDER	NT	C-18010094	NT	I	H. PEDIATRICA
TENSIOMETRO	ALPK2	ANEROIDE PEDIATRICO	085298	NT	I	H. PEDIATRICA
TENSIOMETRO	ALPK2	ANEROIDE PEDIATRICO	114101	NT	I	H. PEDIATRICA
TENSIOMETRO	ALPK2	ANEROIDE NEONATAL	295463	NT	I	H. PEDIATRICA
TERMOHIGROMETRO	HALTHEN	HTC-2	IBP0198	NT	I	H. PEDIATRICA
TERMOHIGROMETRO	GENERICO	ANALOGO	.003	NT	I	H. PEDIATRICA
TENSIOMETRO	ALPK2	ANALOGO	30388	NT	I	NUEVA SEDE
BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	SYS-6010	6010170300654	1308	IIB	H. PEDIATRICA
BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	SYS6010	6010170200268	1268	IIB	H. PEDIATRICA
BASCULA DE PISO	SECA	8131321009	8813030211092	1868	I	H. PISO 1
BOMBA DE INFUSION	ENMIND	EN-V7	70230964424	NT	IIB	H. PISO 1
BOMBA DE INFUSION	ENMIND	EN-V7	70230964493	NT	IIB	H. PISO 1
BOMBA DE INFUSION	ENMIND	EN-V7	70230964395	NT	IIB	H. PISO 1
BOMBA DE INFUSION	ENMIND	EN-V7	70230964487	NT	IIB	H. PISO 1
BOMBA DE INFUSION	ENMIND	EN-V7	70230964492	NT	IIB	H. PISO 1
BOMBA DE INFUSION	ENMIND	EN-V7	70230964398	NT	IIB	H. PISO 1
BOMBA DE INFUSION	ENMIND	EN-V7	70230964451	NT	IIB	H. PISO 1
BOMBA DE INFUSION	ENMIND	EN-V7	70230964503	NT	IIB	H. PISO 1
BOMBA DE INFUSION	ENMIND	EN-V7	70230964420	NT	IIB	H. PISO 1
BOMBA DE INFUSION	ENMIND	EN-V7	70230964494	NT	IIB	H. PISO 1
BOMBA DE INFUSION	ENMIND	EN-V7	70230964433	NT	IIB	H. PISO 1
BOMBA DE INFUSION	ENMIND	EN-V7	70230964437	NT	IIB	H. PISO 1
BOMBA DE INFUSION	ENMIND	EN-V7	70230964490	NT	IIB	H. PISO 1
BOMBA DE INFUSION	ENMIND	EN-V7	70230964470	NT	IIB	H. PISO 1
BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	SYS 6010	6010190100204	1049	IIB	H. PISO 1
CAMA ELECTRICA	M.B	NT	104	NT	I	H. PISO 1
CAMA ELECTRICA	L&K	NT		1335	I	H. PISO 1

Elaborado por: Área de mantenimiento y Profesional universitaria Área financiera y Recursos Físicos
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG

Copia controlada

Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG

Fecha de Aprobación: 25/01/2024



**PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO HOSPITAL SAN JUAN
BAUTISTA E.S.E DE CHAPARRAL TOLIMA 2024**

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO	RIESGO	SERVICIO
CAMA ELECTRICA	L&K	NT	113B	1452	I	H. PISO 1
CAMA ELECTRICA	L&K	NT	107B	1353	I	H. PISO 1
CAMA ELECTRICA	L&K	NT	104B	1378	I	H. PISO 1
CAMA ELECTRICA	L&K	NT	107A	1369	I	H. PISO 1
CAMA ELECTRICA	L&K	NT	113A	1450	I	H. PISO 1
CAMA ELECTRICA	L&K	NT	110A	1415	I	H. PISO 1
CAMA ELECTRICA	L&K	NT	110B	1421	I	H. PISO 1
CAMA ELECTRICA	L&K	NT	110C	1413	I	H. PISO 1
CAMA ELECTRICA	L&K	NT	110D	1420	I	H. PISO 1
CAMA ELECTRICA	L&K	NT	103	1455	I	H. PISO 1
CAMA ELECTRICA	L&K	NT	106B	1456	I	H. PISO 1
CAMA ELECTRICA	PHYSIOTRAUMA	KY302D-32	8717652	NT	I	H. PISO 1
CAMA ELECTRICA	PHYSIOTRAUMA	KY302D-32	8717676	NT	I	H. PISO 1
CAMA ELECTRICA	PHYSIOTRAUMA	KY302D-32	8717679	NT	I	H. PISO 1
CAMA ELECTRICA	PHYSIOTRAUMA	KY302D-32	8717681	NT	I	H. PISO 1
CAMA ELECTRICA	PHYSIOTRAUMA	KY302D-32	8717651	NT	I	H. PISO 1
CAMA ELECTRICA	PHYSIOTRAUMA	KY302D-32	8377583	NT	I	H. PISO 1
CAMA ELECTRICA	PHYSIOTRAUMA	KY302D-32	8717680	NT	I	H. PISO 1
CAMA ELECTRICA	PHYSIOTRAUMA	KY302D-32	8717677	NT	I	H. PISO 1
CAMA ELECTRICA	PHYSIOTRAUMA	KY302D-32	8377578	1441	I	H. PISO 1
CAMA ELECTRICA	PHYSIOTRAUMA	KY302D-32	8717608	1434	I	H. PISO 1
CAMA ELECTRICA	PHYSIOTRAUMA	KY302D-32	8717607	1439	I	H. PISO 1
FLUJOMETRO	VICTOR MEDICAL	NT	13	NT	IIA	H. PISO 1
FLUJOMETRO	AMCO	NT	..NT	NT	IIA	H. PISO 1
FLUJOMETRO	OHIO	NTNT	NT	IIA	H. PISO 1
FLUJOMETRO	GENTEC	FM197B	61K20060039-420	NT	IIA	H. PISO 1
FLUJOMETRO	AMVEX	NT	...NT	NT	IIA	H. PISO 1
FLUJOMETRO	VICTOR MEDICAL	NT	NT	NT	IIA	H. PISO 1
FLUJOMETRO	VICTOR MEDICAL	NT	NT	NT	IIA	H. PISO 1
FLUJOMETRO	GENTEC	FM197B	61K20060039-431	NT	IIA	H. PISO 1
FLUJOMETRO	AMCO	NTNT	NT	IIA	H. PISO 1
FLUJOMETRO	AMCO	NT	FM0150-A07707FB	NT	IIA	H. PISO 1
FLUJOMETRO DOBLE	VICTOR MEDICAL	NT	NT	NT	IIA	H. PISO 1
FLUJOMETRO DOBLE	VICTOR MEDICAL	NT	NT	NT	IIA	H. PISO 1

Elaborado por: Área de mantenimiento y Profesional universitaria Área financiera y Recursos Físicos
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG

Copia controlada

Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG

Fecha de Aprobación: 25/01/2024



PA-GFS-PI-3

Versión: 6

**PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO HOSPITAL SAN JUAN
BAUTISTA E.S.E DE CHAPARRAL TOLIMA 2024**

Página 20 de 49

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO	RIESGO	SERVICIO
LARINGOSCOPIO	RIESTER	NT	MAC 2,4 MIL4	NT	I	H. PISO 1
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 10	EX42014650	1870	IIB	H. PISO 1
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC 10	KN-69002276	1485	IIB	H. PISO 1
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC 10	KN-69002267	1871	IIB	H. PISO 1
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC 10	KN-69002271	1870	IIB	H. PISO 1
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SMF3158	1430	IIB	H. PISO 1
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SMF3053	1429	IIB	H. PISO 1
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	316036-M12901900003	1879	IIB	H. PISO 1
TENSIOMETRO ELECTRONICO	RIESTER	RI-CHAMPION	05000670	1880	I	H. PISO 1
TERMOHIGROMETRO	JUMBO 309	CARRO DE PARO	NT	NT	I	H. PISO 1
BASCULA DE PISO	MECANICA NEGRA	160KG	NT	NT	I	H. PISO 2
BOMBA DE INFUSION	ENMIND	EN-V7	70231065154	NT	IIB	H. PISO 2
BOMBA DE INFUSION	ENMIND	EN-V7	70231065101	NT	IIB	H. PISO 2
BOMBA DE INFUSION	ENMIND	EN-V7	70231065181	NT	IIB	H. PISO 2
BOMBA DE INFUSION	ENMIND	EN-V7	70231065149	NT	IIB	H. PISO 2
BOMBA DE INFUSION	ENMIND	EN-V7	70231065287	NT	IIB	H. PISO 2
BOMBA DE INFUSION	ENMIND	EN-V7	70231065274	NT	IIB	H. PISO 2
BOMBA DE INFUSION	ENMIND	EN-V7	70231065237	NT	IIB	H. PISO 2
BOMBA DE INFUSION	ENMIND	EN-V7	70231065117	NT	IIB	H. PISO 2
BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	SYS 6010	1420119120240	1050	IIB	H. PISO 2
BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	SYS 6010	6010190100210	2066	IIB	H. PISO 2
BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	SYS 6010	6010170200288	1048	IIB	H. PISO 2
CAMA ELECTRICA	L&K	NT	203A	1502	I	H. PISO 2
CAMA ELECTRICA	L&K	NT	203B	1507	I	H. PISO 2
CAMA ELECTRICA	L&K	NT	205A	1521	I	H. PISO 2
CAMA ELECTRICA	L&K	NT	205B	1525	I	H. PISO 2
CAMA ELECTRICA	L&K	NT	206A	1543	I	H. PISO 2
CAMA ELECTRICA	L&K	NT	206B	1545	I	H. PISO 2
CAMA ELECTRICA	L&K	NT	206E	1536	I	H. PISO 2
CAMA ELECTRICA	L&K	NT	206D	1531	I	H. PISO 2
CAMA ELECTRICA	L&K	NT	210B	1594	I	H. PISO 2
CAMA ELECTRICA	L&K	NT	209A	1588	I	H. PISO 2
CAMA ELECTRICA	L&K	NT	207C	1561	I	H. PISO 2
CAMA ELECTRICA	L&K	NT	210A	1625	I	H. PISO 2

Elaborado por: Área de mantenimiento y
Profesional universitaria Área financiera y
Recursos Físicos
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño
MIPG

Copia controlada

Aprobado por: Comité de Gestión y
Desempeño MIPG

Fecha de Aprobación: 25/01/2024



PA-GFS-PI-3

Versión: 6

**PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO HOSPITAL SAN JUAN
BAUTISTA E.S.E DE CHAPARRAL TOLIMA 2024**

Página 21 de 49

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO	RIESGO	SERVICIO
CAMA ELECTRICA	L&K	NT	211	1603	I	H. PISO 2
CAMA ELECTRICA	GENERICA	NT	206C	1553	I	H. PISO 2
CAMA ELECTRICA	M.B	NT	208A	1582	I	H. PISO 2
CAMA ELECTRICA	L&K	NT	207A	1571	I	H. PISO 2
CAMA ELECTRICA	L&K	NT	207B	1575	I	H. PISO 2
CAMA ELECTRICA	LOS PINOS	740	513559	1512	I	H. PISO 2
CAMA ELECTRICA	LOS PINOS	740	513890	1516	I	H. PISO 2
CAMA ELECTRICA	L&K	NT	207D	1568	I	H. PISO 2
CAMA ELECTRICA	L&K	NT	207E	1559	I	H. PISO 2
DESFIBRILADOR	PHILLIPS	HEARTSTART XL	US00586625	1958	IIB	H. PISO 2
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	560054-M19807560025	1962	IIB	H. PISO 2
FONENDOSCOPIO	ALPK2	ADULTO PEDIATRICO NEGRO	NT	NT	I	H. PISO 2
FONENDOSCOPIO	ALPK2	ADULTO PEDIATRICO NEGRO	NT	NT	I	H. PISO 2
FONENDOSCOPIO	GMD	ADULTO PEDIATRICO NEGRO	NT	NT	I	H. PISO 2
FLUJOMETRO	OXIGEN	NT	F09202	NT	I	H. PISO 2
FLUJOMETRO	OXIGEN	NT	F07191	NT	I	H. PISO 2
FLUJOMETRO	GENTEC	NT	61K20040596-318	NT	IIA	H. PISO 2
FLUJOMETRO	GENTEC	NT	61K20040596-400	NT	IIA	H. PISO 2
FLUJOMETRO	VICTOR MEDICAL	NT	12	NT	IIA	H. PISO 2
FLUJOMETRO	AIR IMETAN X 2	NT	F06181	NT	IIA	H. PISO 2
FLUJOMETRO	GENTEC	FM197B	61K20040596-205	NT	IIA	H. PISO 2
FLUJOMETRO	GENTEC	FM197B	61K20040596-581	NT	IIA	H. PISO 2
FLUJOMETRO	AIR IMETAN	NT	NT	NT	IIA	H. PISO 2
FLUJOMETRO	AMICO	NT	FM015U-A07700FB	NT	IIA	H. PISO 2
FLUJOMETRO	CHEMETRON	F09202	NT	NT	IIA	H. PISO 2
FLUJOMETRO	OHIO	NT	QOBPO3912	NT	IIA	H. PISO 2
FLUJOMETRO	AMCO	NR	FMO15U-A07768FB	NR	IIA	H. PISO 2
FLUJOMETRO	VICTOR MEDICAL	NR	.14	NR	IIA	H. PISO 2
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC 10	KN-69002274	1970		H. PISO 2
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC 10	KN-69002275	1978	IIB	H. PISO 2
MONITOR DE SIGNOS VITALES	GENERAL MEDITECH	G2A	62A006T026	1967	IIB	H. PISO 2
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC 1200	CC7B102033	1966	IIB	H. PISO 2

Elaborado por: Área de mantenimiento y Profesional universitaria Área financiera y Recursos Físicos	Copia controlada	Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG		Fecha de Aprobación: 25/01/2024



PA-GFS-PI-3

Versión: 6

**PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO HOSPITAL SAN JUAN
BAUTISTA E.S.E DE CHAPARRAL TOLIMA 2024**

Página 22 de 49

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO	RIESGO	SERVICIO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC 1200	CC89105808	1577	IIB	H. PISO 2
MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M22805500019	1582	IIB	H. PISO 2
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	316036-M12603920003	1963	IIB	H. PISO 2
SUCCIONADOR DE SECRECIONES	GOMCO	3040	P-2647	1969	IIA	H. PISO 2
TERMOHIGROMETRO	JUMBO 309	NT	CARRO DE PARO	NT	I	H. PISO 2
TERMOHIGROMETRO	UNI-T	A12T	C22554347	NT	1	H. PISO 2
TERMOHIGROMETRO	UNI-T	A12T	C220833978	NT		H. PISO 2
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	PROBP2400	371900130	3013	I	GINECOLOGIA
TERMOMETRO	FRIDGE FREEZER	NT	NT	NT	I	H. PISO 2
AGITADOR DE MAZZINI	GEMMY SHAKER	VRN200	614629	2704	I	LAB CLINICO
ANALIZADOR DE ORINA	DIRUI	H-500	N1800500H0330SE	NR	I	LAB CLINICO
CAMARA DE FLUJO LAMINAR	JP INGLOBAL	2020	004588344	2708	I	LAB CLINICO
CENTRIFUGA	BOECO	C-28A	0000388-07	2705	I	LAB CLINICO
CENTRIFUGA	HANIL	FLETA 40 P	HICMF221071613003	2706	I	LAB CLINICO
EQUIPO DE COAGULACION	WERFEN	ACL ELITE PRO	17043747	NT	I	LAB CLINICO
EQUIPO DE HEMATOLOGÍA AUTOMATICO	COUNTER	31AL	NT	NT	I	LAB CLINICO
EQUIPO DE INMUNOLOGÍA	BODITECH- MEDIC	I-CHROMA READER II	IR2PE031474	NT	I	LAB CLINICO
EQUIPO DE INMUNOLOGIA	WONDFO	FINECARE	FS132102201625	NT	I	LAB CLINICO
EQUIPO DE MICROBIOLOGIA	BIOMERIUX	VITEK 2	7391	2713	I	LAB CLINICO
EQUIPO DE QUIMICA	VITROS	350	6802153	NT	I	LAB CLINICO
EQUIPO DE ANALISIS AUTOMATIZADO	LABNOVATION	LD 500	LD549536730	NT	I	LAB CLINICO
ANALIZADOR DE QUIMICA SANGUINEA	WIENER LAB	CM250	16102809	NT	I	LAB CLINICO
ANALIZADOR HEMATOLOGICO AUTOMATICO	WIENER (COUNTER)	XS20	TK-14008877	NT	I	LAB CLINICO
HORNO DE CULTIVO	SELETA	NR	159335	2712	I	LAB CLINICO
HORNO DE ALMACENAMIENTO	NACIONAL	200	0966	2647	I	LAB CLINICO
HORNO DE SECADO	HYTHERMCO	5503	7363	2648	I	LAB CLINICO
MICROSCOPIO	OLYMPUS	CHA	.NT	2707	I	LAB CLINICO
MICROSCOPIO	OLYMPUS	BX40F4	7G03056	2711	I	LAB CLINICO
PIPETA	HUMAN	5-50µL	CT01060		I	LAB CLINICO
PIPETA	HUMAN	100-1000µ	08E06504	2687	I	LAB CLINICO
PIPETA	HUMAN	5-50µL	10F88182	NT	I	LAB CLINICO
PIPETA	BOECO	20-200µL	OB1111959	NT	I	LAB CLINICO
PIPETA	BOECO	100-1000µL	PG216425	NT	I	LAB CLINICO

Elaborado por: Área de mantenimiento y Profesional universitaria Área financiera y Recursos Físicos
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG

Copia controlada

Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG

Fecha de Aprobación: 25/01/2024



PA-GFS-PI-3

Versión: 6

**PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO HOSPITAL SAN JUAN
BAUTISTA E.S.E DE CHAPARRAL TOLIMA 2024**

Página 23 de 49

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO	RIESGO	SERVICIO
PIPETA	HUMAN	5-50µL	CN19489	NT	I	LAB CLINICO
PIPETA	V1222	280µL	10066185	NT	I	LAB CLINICO
PIPETA	V1221	145µL	9118203	NT	I	LAB CLINICO
TERMOHIGROMETRO	HTC-2	-	IBPO 0217 NO PORTA	NT	I	LAB CLINICO
TERMOHIGROMETRO	HTC-2	CG INSTRUMENS	IBPO 0203 NO PORTA	NT	I	LAB CLINICO
TERMOHIGROMETRO	HTC-2	HALTHEN	IBPO 0213 NO PORTA	NT	I	LAB CLINICO
TERMOHIGROMETRO	HTC-1	HUMIDITY	IBPO 0467 NO PORTA	NT	I	LAB CLINICO
TERMOHIGROMETRO	HTC-2	CG INSTRUMENS	IBPO 0206 NO PORTA	NT	I	LAB CLINICO
TERMOHIGROMETRO	HTC-1	CG INSTRUMENS	IBPO 0211 114	NT	I	LAB CLINICO
TERMOHIGROMETRO	HTC-1	HUMIDITY	IBPO 0210 PLANTA 2	NT	I	LAB CLINICO
NEVERA	SUPERNORDICO	NT	7707235699438	2645	I	LAB CLINICO
NEVERA	HACEB	NT	NT	2646	I	LAB CLINICO
CONGELADOR	CHALLENGER	NT	NT	2650	I	LAB CLINICO
NEVERA	HACEB	NT	NT	2702	I	LAB CLINICO
UNIDAD ODONTOLOGICA	NACIONAL	ELECTRICA	NT	NT	I	NUEVA SEDE
AMALGAMADOR	WELLKANG	DB338	10601002	NT	I	NUEVA SEDE
COMPRESOR	SCHULZ DENTAL	LIBRE DE ACEITE	NT	NT	I	NUEVA SEDE
AUTOCLAVE	RITTER	M7-022	V365741	1025	IIB	NUEVA SEDE
CONTRANGULO	NSK	NAC	24275	NT	I	NUEVA SEDE
MICROMOTOR	NSK	FX205B2	BBJXBBJX01991	NT	I	NUEVA SEDE
PIEZA DE ALTA VELOCIDAD	NSK	PANAMAX	A2090187	NT	I	NUEVA SEDE
CAVITRON (ULTRASONIDO)	DENTSPLY	BOBCAT PRO	130-45658	2872	I	NUEVA SEDE
LAMPARA DE FOTOCURADO	WOODPECKER	LED C	L21A0751C	NT	I	NUEVA SEDE
BASCULA DIGITAL	SECA	200KG	8813030212451	3004	I	NUEVA SEDE gineco
BASCULA DIGITAL	SECA	200KG	8813030212452	3074	I	NUEVA SEDE
BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	349KLX	3500041299	2185	I	NUEVA SEDE
BASCULA BEBE	HEALTH O METER	553KL	5530040288	3106	I	NUEVA SEDE
BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	349KLX	3500062110	3050	I	NUEVA SEDE
BASCULA BEBE	HEALTH O METER	553KL	5530039800	3051	I	NUEVA SEDE
BASCULA DIGITAL	HEALTH O METER	349KLX	3500062344	3103	I	NUEVA SEDE
BASCULA BEBE	CHARDER	MS3500	C12024956	3075	I	NUEVA SEDE
DOPPLER FETAL	SUNRAY	SRF618E	PO244-03003-LBA088	NT	IIB	NUEVA SEDE
INFANTOMETRO	SECA	417	10000000597686	3174	I	NUEVA SEDE
INFANTOMETRO	SECA	417	10000000710861	3162	I	NUEVA SEDE

Elaborado por: Área de mantenimiento y Profesional universitaria Área financiera y Recursos Físicos
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG

Copia controlada

Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG

Fecha de Aprobación: 25/01/2024



**PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO HOSPITAL SAN JUAN
BAUTISTA E.S.E DE CHAPARRAL TOLIMA 2024**

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO	RIESGO	SERVICIO
INFANTOMETRO	SECA	417	NT	3077	I	NUEVA SEDE
LAMPARA CUELLO DE CISNE	KRAMER	NT	NT	3086	I	NUEVA SEDE
TALLIMETRO	SECA	213	10000000534922	NT	I	NUEVA SEDE
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C18010115	3104	I	NUEVA SEDE
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C1810095	3146	I	NUEVA SEDE
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C18010114	3085	I	NUEVA SEDE
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C18010229	3048	I	NUEVA SEDE
TALLIMETRO	SECA	213	10000000598986	3071	I	NUEVA SEDE
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	GS777	901093	3073	I	NUEVA SEDE
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	GS777	00732094244427	3109	I	NUEVA SEDE
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	GS777	(01)00732094244427	3053	I	NUEVA SEDE
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	POCKET LED	.00732094195958	NT	I	NUEVA SEDE
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101M21913140119	3170	IIB	NUEVA SEDE
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M21913140120	NT	IIB	NUEVA SEDE
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M21913140100	3168	IIB	NUEVA SEDE
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M21913140097	3185	IIB	NUEVA SEDE
FONENDOSCOPIO	ALPK2	FT801	NT	NT	I	NUEVA SEDE
FONENDOSCOPIO	ALPK2	FT801	NT	NT	I	NUEVA SEDE
FONENDOSCOPIO	GENERICO	ADULTO PEDIATRICO (GRIS)	NT	NT	I	NUEVA SEDE
TENSIOMETRO	ALPK2	PEDIATRICO	30365	NT	I	NUEVA SEDE
TENSIOMETRO	ALPK2	PEDIATRICO	.030388	NT	I	NUEVA SEDE
TENSIOMETRO	ALPK2	ADULTO	.017844	3167	I	NUEVA SEDE
TENSIOMETRO	ALPK2	ADULTO	750447	NT	I	NUEVA SEDE
TENSIOMETRO DE PARED	ALPK2	NT	20-13571	3108	I	NUEVA SEDE
TENSIOMETRO DE PARED	ALPK2	NT	20-13485	3054	I	NUEVA SEDE
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	560054-M19807560033	NT	IIB	NUEVA SEDE
AMALGAMADOR	SDI	ULTRAMAT 2	98671	1028	I	ODONTOLOGIA
AMALGAMADOR	SDI	ULTRAMAT 2	121685	NT	I	ODONTOLOGIA
AMALGAMADOR	SDI	ULTRAMAT 2	98621	NT	I	ODONTOLOGIA
AUTOCLAVE	DENTAL MAT	AUTOMAT 3000	30001821	1025	IIB	ODONTOLOGIA
COMPRESOR	AFM	NT	07628	NT	I	ODONTOLOGIA
CONTRANGULO	NSK	EC	EBE24276	NT	I	ODONTOLOGIA
CONTRANGULO	NSK	NT	EBE24277(DR DIEGO)	NT	I	ODONTOLOGIA
CONTRANGULO	NSK	FX23	A20X3276	NT	I	ODONTOLOGIA

Elaborado por: Área de mantenimiento y Profesional universitaria Área financiera y Recursos Físicos	Copia controlada	Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG		Fecha de Aprobación: 25/01/2024



PA-GFS-PI-3

Versión: 6

**PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO HOSPITAL SAN JUAN
BAUTISTA E.S.E DE CHAPARRAL TOLIMA 2024**

Página 25 de 49

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO	RIESGO	SERVICIO
CONTRANGULO	NSK	FX23	A2146125	NT	I	ODONTOLOGIA
CAVITRON (ULTRASONIDO)	BOBCAT PRO	NT	130-45658	NT	I	ODONTOLOGIA
EQUIPO DE RAYOS X	FIAD	ELITY 70	70M1-2269-110V	NT	IIB	ODONTOLOGIA
LAMPARA DE FOTOCURADO	SUNLITE	1275	111844	2873	I	ODONTOLOGIA
LAMPARA DE FOTOCURADO	SUNLITE	1275	1120037	1061	I	ODONTOLOGIA
LAMPARA DE FOTOCURADO	DENTSPLY	506	506-34109	2870	I	ODONTOLOGIA
LAMPARA DE FOTOCURADO	ELIPAR	3M	932125042149	2868	I	ODONTOLOGIA
LAMPARA DE FOTOCURADO	ELIPAR	3M	932125042029	2869	I	ODONTOLOGIA
MICROMOTOR	NSK	EX203C	ABG10177 (DRA EDNA)	NT	I	ODONTOLOGIA
MICROMOTOR	NSK	FX205B2	BBJY0449	NT	I	ODONTOLOGIA
MICROMOTOR	NSK	FX205B2	ABG80344	NT	I	ODONTOLOGIA
MICROMOTOR	NSK	FX205B2	BBJY0447	NT	I	ODONTOLOGIA
MICROMOTOR	NSK	FX205B2	BBJY0448	NT	I	ODONTOLOGIA
MICROMOTOR	NSK	FX205B2	BBJY0441	NT	I	ODONTOLOGIA
MICROMOTOR	NSK	EX203/EC/NAC	ABE40182	NT	I	ODONTOLOGIA
NEGATOSCOPIO	DENTAL ALMADENT	NT	NT	1043	I	ODONTOLOGIA
PIEZA DE MANO	NSK	PANA AIR ESTANDAR	CBB71494 (DRA ELENA)	NT	I	ODONTOLOGIA
PIEZA DE MANO	NSK	PANAMAX PLUX	BBK70798	NT	I	ODONTOLOGIA
PIEZA DE MANO	NSK	PANAMAX PLUX	BBK70794	NT	I	ODONTOLOGIA
PIEZA DE MANO	NSK	PANAMAX 2	A2090187	NT	I	ODONTOLOGIA
PIEZA DE MANO	NSK	PANAMAX PLUX	BBK70796	NT	I	ODONTOLOGIA
PIEZA DE MANO	NSK	PANAMAX AIR	CBC90278	NT	I	ODONTOLOGIA
PIEZA DE MANO	NSK	PANAMAX AIR	BBKX0263	NT	I	ODONTOLOGIA
SCALER	NSK	AS2000	ABG30037 (DRA ELENA)	NT	I	ODONTOLOGIA
TERMOHIGROMETRO	HUMIDITY	TTH-002	I00065	NT	I	ODONTOLOGIA
UNIDAD ODONTOLOGICA	INGETED	ESTÁNDAR	2022-05-1003	NT	I	ODONTOLOGIA
UNIDAD ODONTOLOGICA	NT	UNIDAD 3	NT	1023	I	ODONTOLOGIA
UNIDAD ODONTOLOGICA	INGETED	ESTÁNDAR	2022-05-1004	NT	I	ODONTOLOGIA
UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL	ORBIDENTAL	NT	NT	NT	I	ODONTOLOGIA
UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL	GRIS	NT	71050	NT	I	ODONTOLOGIA
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	WELCH ALLYN	71050	NT	NT	I	OPTOMETRIA
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	WELCH ALLYN	NT	NT	1067	I	OPTOMETRIA

Elaborado por: Área de mantenimiento y Profesional universitaria Área financiera y Recursos Físicos
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG

Copia controlada

Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG

Fecha de Aprobación: 25/01/2024



PA-GFS-PI-3

Versión: 6

**PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO HOSPITAL SAN JUAN
BAUTISTA E.S.E DE CHAPARRAL TOLIMA 2024**

Página 26 de 49

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO	RIESGO	SERVICIO
FOROPTER	SILUX	OPT-E 0274	.0274	3277	I	OPTOMETRIA
LAMPARA DE HENDIDURA	NIKON	NS1V	50326	.0956	IIA	OPTOMETRIA
LENSOMETRO	NIDEK	LM-350	30437	3275	I	OPTOMETRIA
QUERATOMETRO	BOBES	NT	543528	3276	I	OPTOMETRIA
SILLON ANATOMICO	LINEA OFTALR	NT	NT	3279	I	OPTOMETRIA
TONOMETRO	BOBES	R	08A05538	1065	I	OPTOMETRIA
ARCO EN C	SIEMENS	SIREMOBIL COMPACT L	32204	NT	IIB	RAYOS X
DIGITALIZADORA	AGFA	CR35X	368 6450078	0684	I	RAYOS X
MAMOGRAFO	SIEMENS	MAMMOMAT 1000	12068	0671	IIB	RAYOS X
RAYOS X FIJO	SG HEALTH CARE	JUMONG GENERAL	SGJG1605032	NT	IIB	RAYOS X
RAYOS X PORTATIL	PRIMAX	CYBERMOBIL PLUS T4	T9682	NT	IIB	RAYOS X
RAYOS X PORTATIL	PHILLIPS	MDC100	662	NT	IIB	RAYOS X
TOMOGRAGO	SIEMENS	SOMATON GO- NOW	140914	NT	IIB	RAYOS X
BASCULA DE PISO DIGITAL	HEALTH O METER	349KLX	3500071113	NT	I	SALA PARTOS
BASCULA PESA BEBE	HEALTH O METER	553KL	5530001043	3303	I	SALA PARTOS
BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	SYS 6010	6010170300496	3301	IIB	SALA PARTOS
BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	SYS 6010	6010170300619	1487	IIB	SALA PARTOS
BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	SYS 6010	6010190100239	2063	IIB	SALA PARTOS
BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	SYS 6010	1420119120181	3318	IIB	SALA PARTOS
BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	SYS 6010	6010170200282	3421	IIB	SALA PARTOS
BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	SYS 6010	6010190100201	2062	IIB	SALA PARTOS
BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	SYS 6010	6010170200269	2068	IIB	SALA PARTOS
BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	SYS 6010	6010170200292	NT	IIB	SALA PARTOS
CAMA DE PARTO HUMANIZADO	LOS PINOS	9720BV.13	508131	3299	I	SALA PARTOS
CAMA DE PARTO HUMANIZADO	LOS PINOS	9720BV.13	508436	3310	I	SALA PARTOS
CAMA ELECTRICA	L&K	NO PORTA	NO PORTA	2046	I	SALA PARTOS
CAMA ELECTRICA	L&K	NO PORTA	NO PORTA	2051	I	SALA PARTOS
CAMA ELECTRICA	L&K	NO PORTA	NO PORTA	2060	I	SALA PARTOS
CAMA ELECTRICA	L&K	NO PORTA	NO PORTA	3285	I	SALA PARTOS
CAMA ELECTRICA	L&K	NO PORTA	NO PORTA	2021	I	SALA PARTOS
CAMA ELECTRICA	L&K	NO PORTA	NO PORTA	2010	I	SALA PARTOS
CAMA ELECTRICA	L&K	NO PORTA	NO PORTA	2014	I	SALA PARTOS
CAMA ELECTRICA	L&K	NO PORTA	NO PORTA	2018	I	SALA PARTOS

Elaborado por: Área de mantenimiento y
Profesional universitaria Área financiera y
Recursos Físicos
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño
MIPG

Copia controlada

Aprobado por: Comité de Gestión y
Desempeño MIPG

Fecha de Aprobación: 25/01/2024



PA-GFS-PI-3

Versión: 6

**PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO HOSPITAL SAN JUAN
BAUTISTA E.S.E DE CHAPARRAL TOLIMA 2024**

Página 27 de 49

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO	RIESGO	SERVICIO
DOPPLER FETAL	SUNRAY	NO PORTA	NO PORTA	NT	IIB	SALA PARTOS
ECOGRAFO	TOSHIBA	NEMIO MX	99A1413134	3305	IIB	SALA PARTOS
FLUJOMETRO	VICTOR MEDICAL	SENCILLO	NT	NT	IIA	SALA PARTOS
FLUJOMETRO	VICTOR MEDICAL	DOBLE	NO PORTA	NT	IIA	SALA PARTOS
FLUJOMETRO	VICTOR MEDICAL	DOBLE	NO PORTA	NT	IIA	SALA PARTOS
FLUJOMETRO	GENTEC DOBLE	FM197B - 15L-CH	61K20050258-099 -- 61K20050258-060	NT	IIA	SALA PARTOS
FLUJOMETRO	VICTOR MEDICAL	UNIDAD	NO PORTA	NT	IIA	SALA PARTOS
FLUJOMETRO	VICTOR MEDICAL	UNIDAD	#8	NT	IIA	SALA PARTOS
FLUJOMETRO	VICTOR MEDICAL	UNIDAD	NO PORTA	NT	IIA	SALA PARTOS
FONENDOSCOPIO	NT	UN SERVICIO PEDIATRIO (GRIS)	NO PORTA	NT	I	SALA PARTOS
INCUBADORA DE TRANSPORTE	ADVANCED	A3158 TS	CF7742	1282	IIB	SALA PARTOS
INCUBADORA	HILLMED	HM-36	721577	3314	IIB	SALA PARTOS
LAMPARA CIALITICA	SKITRON	INFINITY	D10980464B	3300	I	SALA PARTOS
LAMPARA CIALITICA	ILUMITEC	SERIES	NT	3308	I	SALA PARTOS
LAMPARA CUELLO DE CISNE	KRAMER	NR	NR	2329	I	SALA PARTOS
LAMPARA DE CALOR RADIANTE	OLIDEF	CZ S MATRIX	07C62	3304	IIB	SALA PARTOS
LAMPARA DE CALOR RADIANTE	ADVANCED	A4051	MAL040283	3309	IIB	SALA PARTOS
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813 ESTD	ADULTO	NT	I	SALA PARTOS
LARINGOSCOPIO	LEIBINGER	60400	PEDIATRICO	NT	I	SALA PARTOS
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC 10	KN-69002278	3316	IIB	SALA PARTOS
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC 10	EX42014666	3298	IIB	SALA PARTOS
MONITOR DE SIGNOS VITALES	GENERAL MEDITECH	G2A	G2A2006T011	3295	IIB	SALA PARTOS
MONITOR FETAL	HUNTHLEIGH	BD400XS-2	714DX20544916	3291	IIB	SALA PARTOS
MONITOR FETAL	SUNRAY	SRF618B6	P0226-00018-F1J008	3283	IIB	SALA PARTOS
MONITOR FETAL	SUNRAY	SRF618B6	P0226-00018-F1J010	2493	IIB	SALA PARTOS
MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M22805500012	3293	IIB	SALA PARTOS
NEOPUFF	FISHER & PAYKEL	RD900ASU	181024017790	3335	IIB	SALA PARTOS
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	316036-M16907660009	2563	IIB	SALA PARTOS
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	316036-M12603920027	2562	IIB	SALA PARTOS
SUCCIONADOR DE SECRECIONES	THOMAS	1630	81600010282	3302	IIA	SALA PARTOS
SUCCIONADOR DE SECRECIONES	THOMAS	1630	091000006522	3312	IIA	SALA PARTOS
TENSIOMETRO	ALPK2	ANEROIDE NEONATAL	295679	NT	I	SALA PARTOS
TERMOHIGROMETRO	ANALOGO	NT	NO PORTA	IBP0224	I	SALA PARTOS
TERMOHIGROMETRO	HTC2	NT	.0072	NT	I	SALA PARTOS

Elaborado por: Área de mantenimiento y
Profesional universitaria Área financiera y
Recursos Físicos
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño
MIPG

Copia controlada

Aprobado por: Comité de Gestión y
Desempeño MIPG

Fecha de Aprobación: 25/01/2024



PA-GFS-PI-3

Versión: 6

**PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO HOSPITAL SAN JUAN
BAUTISTA E.S.E DE CHAPARRAL TOLIMA 2024**

Página 28 de 49

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO	RIESGO	SERVICIO
TERMOHIGROMETRO	HTC2	NT	CARRO DE PARO	IBP0204	I	SALA PARTOS
TERMOHIGROMETRO	HTC2	HUMIDITY	.012 IBP8092	NT	I	SALA PARTOS
AGITADOR DE MAZZINI	SHAKER	VRN-200	614628	2683	I	SERV TRANSF
ANALIZADOR DE SANGRE PORTATIL	i-STAT 1	300-G	(21)429583	NT	I	SERV TRANSF
ANALIZADOR DE SANGRE PORTATIL	i-STAT 1	300-G	(21)433762	NT	I	SERV TRANSF
BALANZA BOLSA DE SANGRE	FENWAL LABORATORIES	CAT BG-3	NT	0081	I	SERV TRANSF
BALANZA ELECTRONICA	NOBEL SOUND	NS-PT24W	5414	2661	I	SERV TRANSF
BASCULA DE PISO ELECTRONICA	SOEHNLE	DIGITAL	71106	2680	I	SERV TRANSF
BLOQUE SECO	LAB LINE	2050	10940171	2684	I	SERV TRANSF
DESCONGELADOR DE PLASMA	HELMER	DH2	2031103	2678	I	SERV TRANSF
EQUIPO DE INMUNODIAGNOSTICO	VITROS	VITROS RCI	JS0005973	NT	I	SERV TRANSF
EQUIPO DE MICROELISAS	SUMA	MW2001	M190101	NT	I	SERV TRANSF
EXTRACTOR DE PLASMA	FENWAL LABORATORIES		4R4414 14114	0059	I	SERV TRANSF
LAMPARA DE AGLUTINACION	CLAY ADAMS	425384	287070	2688	I	SERV TRANSF
ORTHO WORKSTATION	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA S.A.S	6904629	61000918	NT	I	SERV TRANSF
PIANO CONTADOR DE CELULAS	CLAY ADAMS	MECANICO	NR	NR	I	SERV TRANSF
PIPETA	BOECO	10-1000µL	OF29299	2686	I	SERV TRANSF
PIPETA	BOECO	2-20µL	NF995803	NT	I	SERV TRANSF
PIPETA	BOECO	5-50µL	OF30315	NT	I	SERV TRANSF
PIPETA	HUMAN	20-200µL	10F97308	NT	I	SERV TRANSF
SELLADOR BOLSA DE SANGRE	HEMATRON DIELECTRIC SAELR	H-1	15750	2675	I	SERV TRANSF
SEROFUGA	CLAY ADAMS	2002	4510018	2689	I	SERV TRANSF
LECTOR DE PLASMA	SUMA	PR621	NR	NR	I	SERV TRANSF
ANALIZADOR DE HEMATOLOGÍA	WIENER	COUNTER 31AL	TM-0C000275	NR	I	SERV TRANSF
TERMOHIGROMETRO	HTC-2	CG INSTRUMENS	IBPO 0200 210	NT	I	SERV TRANSF
TERMOHIGROMETRO	HTC-2	BIO TEMP	IBPO 0207 111	NT	I	SERV TRANSF
TERMOHIGROMETRO	HTC-2	NT	NT	NT	I	SERV TRANSF
NEVERA	IBG	NT	0511097627	2665	I	SERV TRANSF
CONGELADOR	ULTRA-LAB	NT	020318-HR	2666	I	SERV TRANSF
NEVERA	PSELECTA	BS-002	159334	2667	I	SERV TRANSF
CAMILLA DE RECUPERACIÓN	SAJAC	NT	DPGPR04170121601003	1725	I	T. RESPIRATORIA
FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	ADU/PEDIATRICO	NT	NT	I	T. RESPIRATORIA

Elaborado por: Área de mantenimiento y Profesional universitaria Área financiera y Recursos Físicos
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG

Copia controlada

Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG

Fecha de Aprobación: 25/01/2024



PA-GFS-PI-3

Versión: 6

**PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO HOSPITAL SAN JUAN
BAUTISTA E.S.E DE CHAPARRAL TOLIMA 2024**

Página 29 de 49

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO	RIESGO	SERVICIO
HUMIDIFICADOR	FISHER & PAYKEL	MR480	9648JEU05822	NT	IIA	T. RESPIRATORIA
NEBULIZADOR	DEVILBISS	4650D	D7014637	1731	I	T. RESPIRATORIA
NEBULIZADOR	DEVILBISS	4650D	D7051548	1734	I	T. RESPIRATORIA
NEBULIZADOR	DEVILBISS	5650D	D2317523	1733	I	T. RESPIRATORIA
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M17910510005	1737	IIB	T. RESPIRATORIA
REGULADOR DE OXIGENO	VICTOR MEDICAL	NT	NT	NT	IIA	T. RESPIRATORIA
REGULADOR DE OXIGENO	CHEMETRON	NT	32.26-2000	NT	IIA	T. RESPIRATORIA
SUCCIONADOR DE SECRECIONES	GOMCO	309	E1-1270	NT	IIA	T. RESPIRATORIA
VIBRO MASAJEADOR	WAHL	4196	3195660	1735		T. RESPIRATORIA
VIBRO MASAJEADOR	HOMEDICS	HHP250H	NT	1752		T. RESPIRATORIA
BICICLETA ESTATICA	VISION FITNESS	U60	CB9112120051	2803	I	TERAPIA FISICA
BICICLETA ESTATICA	SPORTOP	B890	382533	1124	I	TERAPIA FISICA
BICICLETA ESTATICA	FO LOVERFIT	RISK WAVE 2000	NT	3036	I	TERAPIA FISICA
CAMINADORA	FORMA	DK6	X130041006	2831	I	TERAPIA FISICA
ELECTROESTIMULADOR	INGLESAD	L4-NEURODIN	1008-332006	1146	IIB	TERAPIA FISICA
ELECTROESTIMULADOR	CHATTANOOGA	2777	T4380	1144	IIB	TERAPIA FISICA
ELECTROESTIMULADOR	MULTISTIM FOUR	4 CHANNELS	21014	2823	I	TERAPIA FISICA
ELECTROESTIMULADOR	MEDCIR	MGF-II	D194	1148	IIB	TERAPIA FISICA
ELIPTICA	RISK SPRIT	EX550	0402385	1117	I	TERAPIA FISICA
ELIPTICA	CARDIO TECH	2	201300193	2808	I	TERAPIA FISICA
ESCALADOR	PROTEUS	ISS500	QN500GZ0277	3037	I	TERAPIA FISICA
ESCALADOR	MATRIX STEPPER	S1X	C8161130301335	3038	I	TERAPIA FISICA
ESCALADOR	MATRIX STEPPER	NT	CS16130301336	2806	I	TERAPIA FISICA
FONENDOSCOPIO	ADULTO PEDIATRICO	NEGRO	H-538	NT	I	TERAPIA FISICA
FONENDOSCOPIO	ADULTO PEDIATRICO	NEGRO	NT	NT	I	TERAPIA FISICA
HIDROCOLECTOR	CHATTANOOGA	S	159897	1136	I	TERAPIA FISICA
HIDROCOLECTOR	INTERFISICA	HOTPACK TANK 03-2022	NT	3031	I	TERAPIA FISICA
MULTIFUERZA	MULTIGYM	G-112BH FITNESS	NT	2811	I	TERAPIA FISICA
NEVERA	IBG	CLASSIC	NT	1923	I	TERAPIA FISICA
NEVERA	INTERFISICA		190826-4254130033	3032	IIB	TERAPIA FISICA
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	316036-M1220590060	NT	IIB	TERAPIA FISICA

Elaborado por: Área de mantenimiento y Profesional universitaria Área financiera y Recursos Físicos
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG

Copia controlada

Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG

Fecha de Aprobación: 25/01/2024



**PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO HOSPITAL SAN JUAN
BAUTISTA E.S.E DE CHAPARRAL TOLIMA 2024**

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO	RIESGO	SERVICIO
VIBRO MASAJEADOR	HOMEDICS	HHP230	3082382	3030		TERAPIA FISICA
VIBRO MASAJEADOR	TURBOX	NT3001	NT	2826		TERAPIA FISICA
ULTRASONIDO	CHATTANOOGA	2776	T15590	1145	IIA	TERAPIA FISICA
ULTRASONIDO	SONOMETIV	CARCI	00646ND	2822	IIA	TERAPIA FISICA
TENSIOMETRO	ALPK2	ANEROIDE ADULTO	084512	NT		TERAPIA FISICA
TENSIOMETRO ELECTRONICO	WELCH ALLYN	PROBT 2400	(21)371900170	2821	I	TERAPIA FISICA
BOMBA DE INFUSION	ENMIND	EN-V7	70230964482	NT	IIB	TRANS ASISTENCIAL
BOMBA DE INFUSION	ENMIND	EN-V7	70230964499	NT	IIB	TRANS ASISTENCIAL
BOMBA DE INFUSION	ENMIND	EN-V7	70231065163	NT	IIB	TRANS ASISTENCIAL
BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	SYS-6010	6010170300617	2779	IIB	TRANS ASISTENCIAL
BOMBA DE INFUSION	MINDRAY	SK-600II	31201030	NT	IIB	TRANS ASISTENCIAL
BOMBA DE INFUSION	MINDRAY	SK-600II	31201130	NT	IIB	TRANS ASISTENCIAL
BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	SYS-6010	6010190100205	1046	IIB	TRANS ASISTENCIAL
DESFIBRILADOR/MONITOR	MINDRAY	BENEHEART D6	DG-4C012393	2780	IIB	TRANS ASISTENCIAL
EQUIPO DE ORGANOS	GMD	GMDKOS-2TF-100	D01ID03256	NT	I	TRANS ASISTENCIAL
FLUJOMETRO	ACARE	FA-OS-81	-	NT	IIA	TRANS ASISTENCIAL
FONENDOSCOPIO	LORD	ROSADO		NT	I	TRANS ASISTENCIAL
FONENDOSCOPIO	LORD	ROSADO		NT	I	TRANS ASISTENCIAL
LARINGOSCOPIO ADULTO	ADC	4065	634782032876	NT	I	TRANS ASISTENCIAL
LARINGOSCOPIO PEDIATRICO	ADC	4066	634782034047	NT	I	TRANS ASISTENCIAL
MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M-50	33021M12102090099	2736	IIB	TRANS ASISTENCIAL
MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M50	333123-M16313740061	2777	IIB	TRANS ASISTENCIAL
SUCCIONADOR DE SECRECIONES	THOMAS	1634	110600000408		IIA	TRANS ASISTENCIAL
SUCCIONADOR DE SECRECIONES	PULMOMED	7E-C	.00052	2778	IIA	TRANS ASISTENCIAL

Elaborado por: Área de mantenimiento y Profesional universitaria Área financiera y Recursos Físicos
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG

Copia controlada

Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG

Fecha de Aprobación: 25/01/2024



PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E DE CHAPARRAL TOLIMA 2024

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO	RIESGO	SERVICIO
TENSIOMETRO	ALPK2	ANEROIDE PEDIATRICO	.094748		I	TRANS ASISTENCIAL
TENSIOMETRO	LORD	PEDIATRICO	1123388	NT	I	TRANS ASISTENCIAL
TENSIOMETRO	LORD	ADULTO	1171544	NT	I	TRANS ASISTENCIAL
TERMOMETRO	FRIDGE/FREEZER	DIGITAL	,NT	NT	I	TRANS ASISTENCIAL
TERMOHIGROMETRO	HTC-2	DIGITAL	NT	NT	I	TRANS ASISTENCIAL
BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	SYS6010	6102204001382	2747	IIB	TRANS ASISTENCIAL
BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	SYS6010	6102204001631	2748	IIB	TRANS ASISTENCIAL
DESFIBRILADOR	COMED	S5	S5221021081	2746	IIB	TRANS ASISTENCIAL
EQUIPO DE ORGANOS	RIESTER	2050	01002555	2758	I	TRANS ASISTENCIAL
ESPIROMETRO	SMART ONE	NT	NT	NT	I	TRANS ASISTENCIAL
FLUJOMETRO	NT	15L	NT	NT	I	TRANS ASISTENCIAL
LARINGOSCOPIO	XENON	NT	FME0012260-M	NT	I	TRANS ASISTENCIAL
MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	X8	261586-M22911810014	2745	IIB	TRANS ASISTENCIAL
NEBULIZADOR	ROSCOE	NEB-RITE4	DM2004011866	NT	I	TRANS ASISTENCIAL
REGULADOR DE OXIGENO	OXIGEN	CGA870	NT	2751	IIA	TRANS ASISTENCIAL
SUCCIONADOR DE SECRECIONES	GMR	ADS100	2020485010001047	2744	IIA	TRANS ASISTENCIAL
TENSIOMETRO PEDIATRICO	BOKANG	BK-1018	210023	2749	I	TRANS ASISTENCIAL
TENSIOMETRO ADULTO	GMD	GMD20-T20	NT	NT	I	TRANS ASISTENCIAL
VENTILADOR MECANICO	MAGNAMED	OXYMAG	16979	NT	IIB	TRANS ASISTENCIAL
TENSIOMETRO ADULTO	GMD	GMD20-T20	NT		I	TRANS ASISTENCIAL
TENSIOMETRO PEDIATRICO	BOKANG	PEDIATRICO	210001	2727	I	TRANS ASISTENCIAL
DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART C2	AE9-2C005568	2728	IIB	TRANS ASISTENCIAL

Elaborado por: Área de mantenimiento y Profesional universitaria Área financiera y Recursos Físicos
 Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG

Copia controlada

Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG
 Fecha de Aprobación: 25/01/2024



PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E DE CHAPARRAL TOLIMA 2024

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO	RIESGO	SERVICIO
SUCCIONADOR DE SECRECIONES	GMR	ADS100	010004398	2723	IIA	TRANS ASISTENCIAL
MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	X8	261586-M22911790058	2722	IIB	TRANS ASISTENCIAL
FLUJOMETRO	NT	15L	NT	NT	I	TRANS ASISTENCIAL
FONENDOSCOPIO	GMD	ADULTO PEDIATRICO	NT	NT	I	TRANS ASISTENCIAL
REGULADOR DE OXIGENO	OXIGEN	CGA870	NT	2732	IIA	TRANS ASISTENCIAL
SUCCIONADOR DE SECRECIONES	THOMAS	1630	081100007347	NT	IIA	TRANS ASISTENCIAL
VENTILADOR MECANICO	MINDRAY	SV 300	GB69001998	2523	IIB	URGENCIAS
VENTILADOR MECANICO	AEOMED	VG 70	XZS37569	1862	IIB	UCI
VENTILADOR MECANICO	AEOMED	VG 70	XZS37549	1834	IIB	UCI
VENTILADOR MECANICO	AEOMED	VG 70	XZS30293	1863	IIB	UCI
VENTILADOR MECANICO	AEOMED	VG 70	XZS30448	1833	IIB	UCI
VENTILADOR MECANICO	AEOMED	VG 70	XZS33827	1858	IIB	UCI
VENTILADOR MECANICO	AEOMED	VG 70	XZS33679	1859	IIB	UCI
VENTILADOR MECANICO	AEOMED	VG 70	XZS37344	1860	IIB	UCI
VENTILADOR MECANICO	AEOMED	VG 70	XZS37633	1861	IIB	UCI
VENTILADOR MECANICO	AEOMED	VG 70	XZS37267	1728	IIB	UCI
MONITOR DE SIGNOS VITALES	GENERAL MEDITECH	G3D	G3D1506T21	1857	IIB	UCI
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM 10	AC7-04009355	1823	IIB	UCI
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM 10	AC7-04009205	1856	IIB	UCI
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM 10	AC7-04009412	1855	IIB	UCI
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM 10	AC7-04008931	1854	IIB	UCI
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM 10	AC7-04009431	1821	IIB	UCI
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM 10	AC7-04009183	1822	IIB	UCI
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM 10	AC7-04008685	1827	IIB	UCI
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM 10	AC7-04009218	1824	IIB	UCI
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM 10	AC7-04009382	1853	IIB	UCI
BASCULA DE PISO DIGITAL	HEALT O METER	349KLX	3500071787	NT	I	UCI
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED	HAWK I1	04009688	1841	IIB	UCI
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED	HAWK I1	04009695	1846	IIB	UCI
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED	HAWK I1	04009640	1835	IIB	UCI

Elaborado por: Área de mantenimiento y Profesional universitaria Área financiera y Recursos Físicos	Copia controlada	Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG		Fecha de Aprobación: 25/01/2024



PA-GFS-PI-3

Versión: 6

**PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO HOSPITAL SAN JUAN
BAUTISTA E.S.E DE CHAPARRAL TOLIMA 2024**

Página 33 de 49

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO	RIESGO	SERVICIO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED	HAWK I1	04009672	1845	IIB	UCI
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED	HAWK I1	04009615	1842	IIB	UCI
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED	HAWK I1	04009657	1847	IIB	UCI
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED	HAWK I1	04009691	1848	IIB	UCI
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED	HAWK I1	04009694	1838	IIB	UCI
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED	HAWK I1	04009678	1837	IIB	UCI
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED	HAWK I1	04009684	1844	IIB	UCI
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED	HAWK I1	04009628	1850	IIB	UCI
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED	HAWK I1	04009645	1839	IIB	UCI
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED	HAWK I1	04009675	1840	IIB	UCI
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED	HAWK I1	04009668	1843	IIB	UCI
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED	HAWK I1	04009618	1836	IIB	UCI
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED	HAWK I1	04009630	1851	IIB	UCI
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED	HAWK I1	04009602	1849	IIB	UCI
CANULA DE ALTO FLUJO	FISHER & PAYKEL	AIRVO 2	210111238854	NT		UCI
CANULA DE ALTO FLUJO	FISHER & PAYKEL	AIRVO 2	210111238990	1865		UCI
ELECTROCARDIOGRAFO	EDAN	SE-301	360625-M19808190001	NT	IIB	UCI
ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES	WONDFO	BGA-101	BGA1011812200135	NT	IIB	UCI
ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES	EDAN	I15	960360-M21B09050003	3334	IIB	UCI
SUCCIONADOR DE SECRECIONES	THOMAS	1130	0799-00002509	1867	IIA	UCI
SUCCIONADOR DE SECRECIONES	PULMO MED	7E-A	00284	1832	IIA	UCI
SUCCIONADOR DE SECRECIONES	PULMO MED	7E-C	00086	NT	IIA	UCI
SUCCIONADOR DE SECRECIONES	CAMI	NEW ASPIRE	140223	1154	IIA	UCI
SUCCIONADOR DE SECRECIONES	CAMI	NEW ASPIRE	137149	1852	IIA	UCI
SUCCIONADOR DE SECRECIONES	THOMAS	1240	120800002039	NT	IIA	UCI
TERMOMETRO	ALFA SAFE	PG800B-9	3572	NT	I	UCI
SUCCIONADOR DE SECRECIONES	CAMI	NEW ASPIRE	140232	1866	IIA	UCI
SUCCIONADOR DE SECRECIONES	GOMCO	3040	P2661	1830	IIA	UCI
FLUJOMETRO SENCILLO	VICTOR MEDICAL	NT	NT	NT	IIA	UCI
FLUJOMETRO SENCILLO	VICTOR MEDICAL	NT	NT	NT	IIA	UCI
FLUJOMETRO SENCILLO	VICTOR MEDICAL	NT	NT	NT	IIA	UCI
FLUJOMETRO SENCILLO	VICTOR MEDICAL	NT	NT	NT	IIA	UCI
BASCULA DE PISO	HEALT O METER	349KLX	3500062275	NT	I	URGENCIAS
BASCULA DE PISO	HEALT O METER	349KLX	3500062274	NT	I	URGENCIAS

Elaborado por: Área de mantenimiento y
Profesional universitaria Área financiera y
Recursos Físicos
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño
MIPG

Copia controlada

Aprobado por: Comité de Gestión y
Desempeño MIPG

Fecha de Aprobación: 25/01/2024



PA-GFS-PI-3

Versión: 6

**PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO HOSPITAL SAN JUAN
BAUTISTA E.S.E DE CHAPARRAL TOLIMA 2024**

Página 34 de 49

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO	RIESGO	SERVICIO
BASCULA DE PISO	SECA	NT	NT	2492	I	URGENCIAS
BASCULA PESA BEBE	HEALT O METER	522KL	5220005969	2568	I	URGENCIAS
BOMBA DE INFUSION	ENMIND	EN-V7	70230964497	NT	IIB	URGENCIAS
BOMBA DE INFUSION	ENMIND	EN-V7	70230964466	NT	IIB	URGENCIAS
BOMBA DE INFUSION	ENMIND	EN-V7	70230964415	NT	IIB	URGENCIAS
BOMBA DE INFUSION	ENMIND	EN-V7	70230964434	NT	IIB	URGENCIAS
BOMBA DE INFUSION	ENMIND	EN-V7	70230964501	NT	IIB	URGENCIAS
BOMBA DE INFUSION	ENMIND	EN-V7	70230964463	NT	IIB	URGENCIAS
BOMBA DE INFUSION	ENMIND	EN-V7	70230964491	NT	IIB	URGENCIAS
BOMBA DE INFUSION	ENMIND	EN-V7	70230964479	NT	IIB	URGENCIAS
BOMBA DE INFUSION	ENMIND	EN-V7	70230964480	NT	IIB	URGENCIAS
BOMBA DE INFUSION	ENMIND	EN-V7	70230964447	NT	IIB	URGENCIAS
BOMBA DE INFUSION	ENMIND	EN-V7	70230964458	NT	IIB	URGENCIAS
BOMBA DE INFUSION	ENMIND	EN-V7	70230964498	NT	IIB	URGENCIAS
BOMBA DE INFUSION	ENMIND	EN-V7	70230964464	NT	IIB	URGENCIAS
BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	SYS 6010	6010190100211	NT	IIB	URGENCIAS
BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	SYS 6010	1420119120186	1552	IIB	URGENCIAS
BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	SYS 6010	6010170300549	1859	IIB	URGENCIAS
BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	SYS 6010	6010190100246	1235	IIB	URGENCIAS
BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	SYS 6010	6010190100203	NT	IIB	URGENCIAS
BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	SYS 6010	6010170200278	NT	IIB	URGENCIAS
CAMILLA DE RECUPERACIÓN	SAJAC	SMH-206	DPGPR04170121601005	2507	I	URGENCIAS
CAMILLA	LOS PINOS	HIDRAULICA	79512	2522	I	URGENCIAS
CAMILLA	LOS PINOS	HIDRAULICA	79514	2536	I	URGENCIAS
DOPPLER FETAL	SUNRAY	SRF618E	PO244-03003-M2N018	2636	IIB	URGENCIAS
DEFIBRILADOR	PRIMEDIC	XD110XE	73675000303	2527	IIB	URGENCIAS
ECOGRAFO	MINDRAY	DP8800	AL71CA2320	0963		GINECOLOGIA
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	GS777	LOTE 215162 REF 408882	2562	I	URGENCIAS
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	GS777	NT	2674		URGENCIAS
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	ESTUCHE/228_128	408282			URGENCIAS
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	11470	OTOS240A OFTALMO 11470	2546	I	URGENCIAS
ELECTROCARDIOGRAFO	EDAN	SE-601C	360251-M21900850002	2515	IIB	URGENCIAS
FONENDOSCOPIO	ADULTO PEDIATRICO	GRIS	NT	NT	I	URGENCIAS
FONENDOSCOPIO	ADULTO PEDIATRICO	NEGRO	NT	NT	I	URGENCIAS

Elaborado por: Área de mantenimiento y Profesional universitaria Área financiera y Recursos Físicos
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG

Copia controlada

Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG

Fecha de Aprobación: 25/01/2024



PA-GFS-PI-3

Versión: 6

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E DE CHAPARRAL TOLIMA 2024

Página 35 de 49

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO	RIESGO	SERVICIO
FONENDOSCOPIO	ADULTO PEDIATRICO	LITMAN NEGRO	NT	NT	I	URGENCIAS
FONENDOSCOPIO	ADULTO PEDIATRICO	AZUL	NT	NT	I	URGENCIAS
FLUJOMETRO	VICTOR MEDICAL	NT	8	NT	IIA	URGENCIAS
FLUJOMETRO	VICTOR MEDICAL	NT	2	NT	IIA	URGENCIAS
FLUJOMETRO	AMVEX	SENCILLO	NT	NT	IIA	URGENCIAS
FLUJOMETRO	AMVEX	NT	QOBP03905 NT	NT	IIA	URGENCIAS
FLUJOMETRO	AMVEX	NT	QOBP04579 NT	NT	IIA	URGENCIAS
FLUJOMETRO	AMVEX	NT	NT	NT	IIA	URGENCIAS
FLUJOMETRO	VICTOR MEDICAL	DOBLE	10	NT	IIA	URGENCIAS
FLUJOMETRO	VICTOR MEDICAL	SENCILLO	F05081	NT	IIA	URGENCIAS
FLUJOMETRO	VICTOR MEDICAL	F05	4	NT	IIA	URGENCIAS
FLUJOMETRO	VICTOR MEDICAL	F05	6	NT	IIA	URGENCIAS
FLUJOMETRO	AMVEX	SENCILLO	R67801	NT	IIA	URGENCIAS
FLUJOMETRO	AMVEX	SENCILLO	QOBP03909	NT	IIA	URGENCIAS
INFANTOMETRO	SECA	NT	4171721009	2567	I	URGENCIAS
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813 FO	MAC 3,1,2,2 MIL 0,1,1,1,1	NT	I	URGENCIAS
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813 FO	MAC 3,1,2,2 MIL 0,1,1,1,1	NT	I	URGENCIAS
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NT	NT	I	URGENCIAS
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 10	EX42014642	2612	IIB	URGENCIAS
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC 10	KN 69002269	2361	IIB	URGENCIAS
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC 10	KN 69002284	2396	IIB	URGENCIAS
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC 10	KN 69002272	2600	IIB	URGENCIAS
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC 10	KN 69002276	2365	IIB	URGENCIAS
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 10	EX3A011624	2362	IIB	URGENCIAS
MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M50	333123-M15907420100-01	2581	IIB	URGENCIAS
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF2786	2518	IIB	URGENCIAS
NEBULIZADOR	DEVILBISS	565DO	D7051582	2509	I	URGENCIAS
NEBULIZADOR	DEVILBISS	565DO	D7051547	2510	I	URGENCIAS
PULSOXIMETRO	MINDRAY	PM600	T7B100432	2511	IIB	URGENCIAS
SUCCIONADOR DE SECRECIONES	THOMAS	1630	80600001638	2430	IIA	URGENCIAS
SUCCIONADOR DE SECRECIONES	THOMAS	1130-067G	79900002347	2520	IIA	URGENCIAS
SUCCIONADOR DE SECRECIONES	THOMAS	1130	067A119400000382	2529	0	URGENCIAS
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C18010246	2570	I	URGENCIAS
TALLIMETRO	GENERIC DE MADERA	NT	NT	2548		URGENCIAS

Elaborado por: Área de mantenimiento y Profesional universitaria Área financiera y Recursos Físicos
 Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG

Copia controlada

Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG

Fecha de Aprobación: 25/01/2024



**PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO HOSPITAL SAN JUAN
BAUTISTA E.S.E DE CHAPARRAL TOLIMA 2024**


EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO	RIESGO	SERVICIO
TALLIMETRO	GENERICO DE MADERA	NT	NT	2554		URGENCIAS
TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	TYCOS	060419031911	2575	I	URGENCIAS
TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	TYCOS	060419011512	2453	I	URGENCIAS
TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	TYCOS	60412061307	2563	I	URGENCIAS
TENSIOMETRO	GMD	NT	'0123	NR	I	URGENCIAS
TENSIOMETRO	ALPK2	ADULTO	989586	NR	I	URGENCIAS
BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	SYS6010	1420119120261	NT	IIB	URGENCIAS
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	77710-71ML	16320	NT	I	URGENCIAS
BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	SYS6010	6010190100224	2395	IIB	URGENCIAS
TERMOHIGROMETRO	ANALOGO	GENERICO	NT	NT	I	URGENCIAS
TERMOHIGROMETRO	KEX GERMANY	RT-803E	NT	NT	I	VACUNACION
DATALOGGER	ELITECH	GPS-6	EFG223100995	NT	I	VACUNACION
TERMOHIGROMETRO	GENERICO 1	DIGITAL	NT	NT	I	VACUNACION
TERMOHIGROMETRO	GENERICO 2	DIGITAL	NT	NT	I	VACUNACION
TERMOHIGROMETRO	GENERICO	ANALOGO	NT	NT	I	VACUNACION
TERMOHIGROMETRO	GENERICO	ANALOGO	NT	NT	I	VACUNACION
CONGELADOR	HAIER	HBC-260	BE0G95EAS00QEM5B0065	'0700	I	VACUNACION
CONGELADOR	VESTFROST	VL5350	20150766586	'0701	I	VACUNACION
CONGELADOR	VESTFROST	MF214	20204623985	'0702	I	VACUNACION
CONGELADOR	HAIER	HBC-260	BE0G95EAS00QEM860050	'0699	I	VACUNACION
AIRE ACONDICIONADO	SAMSUNG	MINI SPLIT	NT.	NT	I	VACUNACION
AIRE ACONDICIONADO	SAMSUNG	MINI SPLIT	AR12JRFNNWKN	NT	I	VACUNACION
CONTRANGULO	NT	NT	QBK60145	NT	I	ODONTOLOGIA
CONTRANGULO	NSK	EC	EBG25866	NT	I	ODONTOLOGIA
MICROMOTOR	NSK	FX205B2	BBJX0199	NT	I	ODONTOLOGIA
MICROMOTOR	NSK	EX203C	ABBZ0411	NT	I	ODONTOLOGIA
MICROMOTOR	NSK	FX205B2	ABE40008	NT	I	NUEVA SEDE
PIEZA DE MANO	NSK	PANAMAX PLUS	BBK70798	NT	I	ODONTOLOGIA
PIEZA DE MANO	NSK	PANA AIR	CK800418	NT	I	ODONTOLOGIA
PIEZA DE MANO	NSK	PANA AIR	DBE31881	NT	I	ODONTOLOGIA
ESPIROMETRO	MIR	SPIROLAB	A23-0J.12629	NT		TERAPIA RESPIRATORIA

Elaborado por: Área de mantenimiento y Profesional universitaria Área financiera y Recursos Físicos
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG

Copia controlada

Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG

Fecha de Aprobación: 25/01/2024

 HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA CHAPARRAL E.S.E. NIVEL II NIT 890.701.459-4	PA-GFS-PI-3	Versión: 6
	PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E DE CHAPARRAL TOLIMA 2024	Página 37 de 49

12 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE USO HOSPITALARIO

El Hospital San Juan Bautista E.S.E cuenta con equipos industriales de uso hospitalario tales como: Equipos de refrigeración, neveras, aires acondicionados, motobombas, plantas eléctricas. Los cuales son fundamentales para la prestación adecuada de los servicios de salud.

Es importante realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos que hacen parte del sistema de refrigeración (Aires acondicionados, cuartos fríos, neveras, dispensadores de agua) para que funcionen de manera adecuada por lo cual se debe controlar la temperatura, la humedad, limpieza, ventilación y movimiento del aire con el fin de cumplir con los estándares requeridos para la prestación de los servicios, su adecuado funcionamiento brinda espacios seguros en la atención en los servicios, de la misma manera los aires acondicionados, los refrigeradores y neveras hacen parte del equipamiento necesario para mantener la red de frío requerido para la conservación de los biológicos de los planes de vacunación, garantizar la cadena de frío de los medicamentos y demás insumos que por su naturaleza deben ser conservados refrigerados.

Así mismo, la planta eléctrica brinda apoyo ante eventuales emergencias de cortes del suministro eléctrico de las áreas asistenciales tales como: Urgencias, cirugía, sala de partos, laboratorio clínico, consulta externa, hospitalización, vacunación y farmacia. Es necesario que éstas cuenten con un mantenimiento preventivo y correctivo de alta calidad para garantizar que este en buenas condiciones de funcionamiento.

De igual manera, el sistema de bombeo es el encargado de distribuir y garantizar el suministro de agua potable a las áreas asistenciales del Hospital, trabajan las 24 horas, lo que las hace propensas a sufrir de algún fallo o daño. Se debe evitar y disminuir los tiempos de parada prolongados que puedan perjudicar la prestación de servicios de salud por falta de suministro de agua potable.

12.1 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS INDUSTRIALES DE USO HOSPITALARIO

Se desarrollará plan de mantenimiento de los equipos industriales de uso hospitalario para la vigencia 2024, como lo son los aires acondicionados, cuartos fríos, plantas eléctricas, congeladores, motobombas con las siguientes actividades:

N°	Actividad	Descripción de la actividad	Responsable	Formato
1	Realizar programación de	Programar las fechas para realizar mantenimiento preventivo a los	Empresa contratista	Reporte de servicio.

Elaborado por: Área de mantenimiento y Profesional universitaria Área financiera y Recursos Físicos	Copia controlada	Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG		Fecha de Aprobación: 25/01/2024



**PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO HOSPITAL SAN JUAN
BAUTISTA E.S.E DE CHAPARRAL TOLIMA 2024**

N°	Actividad	Descripción de la actividad	Responsable	Formato
	mantenimiento de equipos industriales de uso hospitalario	equipos industriales de uso hospitalario de la entidad para todo el año. Organizar los mantenimientos programados en un registro mensual de actividades	encargada del mantenimiento de equipos industriales	Hoja de vida de equipos industriales
2	Mantenimiento aires acondicionados según cronograma	Dentro del mantenimiento preventivo se deben realizar las siguientes actividades: 1. Limpieza exterior de la unidad 2. Ajuste de tornillos de ensamblaje 3. Revisar y lubricar los rodamientos de los motores ventiladores de condensación 4. Ajuste y balanceo de transmisiones y aspas de ventiladores 5. Revisar y limpiar borneras, contactos y bimetálicos de interruptores y protecciones de motores	Empresa contratista encargada del mantenimiento de equipos industriales	Reporte de servicio. Hoja de vida de equipos industriales
3	Mantenimiento de neveras, congeladores y cuarto frío según cronograma	Se debe realizar limpieza externa del equipo, ajustar tornillería, revisar empaques de la puerta, realizar descongelamiento, limpiar depósitos de desagües, revisar motores ventiladores de evaporadores y realizar limpieza interior de las neveras.	Empresa contratista encargada del mantenimiento de equipos industriales	Reporte de servicio. Hoja de vida de equipos industriales
4	Mantenimiento de motobombas según cronograma	Dentro del mantenimiento preventivo se deben realizar las siguientes actividades: 1. Revisar presión de encendido. 2. Revisar presión de apagado de las electrobombas. 3. Revisar ruidos de electrobombas. 4. Comprobar los voltajes y amperajes del sistema de bombeo. 5. Revisar si hay fugas de agua en el sistema de bombeo. 6. Hacer prueba de arranque de electrobomba	Empresa contratista encargada del mantenimiento de equipos industriales	Reporte de servicio. Hoja de vida de equipos industriales
5	Ejecutar Mantenimiento preventivo de planta eléctrica	Dentro del mantenimiento preventivo se deben realizar las siguientes actividades: 1. Inspeccionar el estado de las conexiones de la consola de control. 2. Revisar el estado general del Grupo Generador. 3. Inspeccionar líneas y mangueras 4. Limpiar respiradero del carter. 5.	Empresa contratista encargada del mantenimiento de equipos industriales	Reporte de servicio. Hoja de vida de equipos industriales

Elaborado por: Área de mantenimiento y Profesional universitaria Área financiera y Recursos Físicos
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG

Copia controlada

Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG
Fecha de Aprobación: 25/01/2024



N°	Actividad	Descripción de la actividad	Responsable	Formato
		Limpiar e inspeccionar tapa del radiador. 6. Revisar la presión del aceite del motor. 7. Revisar temperatura del refrigerante. 8. Inspeccionar el indicador de servicio de filtro del aire del motor. 9. Probar y Ajustar baterías. 10. Prueba de encendido del motor. 11. Comprobar existencia de fugas en el sistema de Lubricación. 12. Comprobar el nivel de refrigerante del motor. 13. Comprobar el nivel de Aceite del Motor. 14. Comprobar voltaje y frecuencia de salida del generador (Cuando sea permitido)		
6	Ejecutar mantenimiento correctivo de todos los equipos industriales de uso hospitalario del Hospital San Juan Bautista E.S.E	Una vez recibido el reporte de falla o daño del equipo por el grupo de whatsapp se programa la visita para realizar en sitio, se hace la reparación, si es necesario se hace la solicitud de repuestos u accesorios, Verificar la correcta operación del equipo. Diligenciar el reporte de mantenimiento	Empresa contratista encargada del mantenimiento de equipos industriales	Reporte de servicio. Hoja de vida de equipos industriales

12.2 MEDICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE USO HOSPITALARIO

Se realizará medición de cumplimiento con una periodicidad trimestral, los indicadores son los siguientes:

- Los mantenimientos preventivos realizados vs los mantenimientos programados de los equipos industriales x 100

Elaborado por: Área de mantenimiento y Profesional universitaria Área financiera y Recursos Físicos	Copia controlada	Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG		Fecha de Aprobación: 25/01/2024

12.3 CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EQUIPOS INDUSTRIALES

Listado de Equipos Cadena de Frio

EQUIPOS CADENA DE FRIO	MARCA	MODELO	UBICACION	PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO	FECHA 1	FECHA 2	FECHA 3	FECHA 4	FECHA 5
NEVERA	ABBA	CONVENCIONAL	FARMACIA	SEMESTRAL	JUN	DIC			
NEVERA	CENTRALES	CONVENCIONAL	FARMACIA	SEMESTRAL	JUN	DIC			
NEVERA 2 PUERTAS	HACEB	CONVENCIONAL	LABORATORIO	SEMESTRAL	JUN	DIC			
NEVERA	SUPERNO RD	VR-17	LABORATORIO	SEMESTRAL	JUN	DIC			
CONGELADOR	CHALLENGER	HORIZONTAL	LABORATORIO	SEMESTRAL	JUN	DIC			
CONGELADOR	VESFROST	VLS350	VACUNACION	SEMESTRAL	JUN	DIC			
CONGELADOR	HAIER	HBC-260	VACUNACION	SEMESTRAL	JUN	DIC			
CONGELADOR	HAIER	HBC-260	VACUNACION	SEMESTRAL	JUN	DIC			
CONGELADOR	VESTFROST	MF214	VACUNACION	SEMESTRAL	JUN	DIC			
NEVERA	IBG	CONVENCIONAL	SERVITRANSFU	SEMESTRAL	JUN	DIC			
NEVERA PANORAMICA	SELECTA	VERTICAL	SERVITRANSFU	SEMESTRAL	JUN	DIC			
CONGELADOR	ULTRALAB	HORIZONTAL	SERVITRANSFU	SEMESTRAL	JUN	DIC			
NEVERA	ABBA	NS-125	ODONTOLOGIA	SEMESTRAL	JUN	DIC			
CONGELADOR	TECNIFRIO	JCC	COCINA	Empresa Contratista Encargada del Mantenimiento					
CUARTO FRIO	COPELAND	CR24KQ-TF5-225BN	COCINA	Empresa Contratista Encargada del Mantenimiento					
NEVERA CONGELADOR	CHALLENGER	CB430	COCINA	Empresa Contratista Encargada del Mantenimiento					
CUARTO FRIO	ROJAS HERMANOS	6260700100CAJ9480T	CUARTO DE CUERPOS	SEMESTRAL	JUN	DIC			
CONGELADOR	VESFROST	NO TIENE	CUARTO DE CUERPOS	SEMESTRAL	JUN	DIC			

Elaborado por: Área de mantenimiento y Profesional universitaria Área financiera y Recursos Físicos	Copia controlada	Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG		Fecha de Aprobación: 25/01/2024



PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E DE CHAPARRAL TOLIMA 2024

EQUIPOS CADENA DE FRIO	MARCA	MODELO	UBICACION	PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO	FECHA 1	FECHA 2	FECHA 3	FECHA 4	FECHA 5
CUARTO FRIO	ROJAS HERMANOS	CR24KQ-TF5-225BN	ALMACEN	BIMESTRAL	ABR	JUN	AGO	OCT	DIC

Listado de Equipos Aire Acondicionado Área Asistencial

AIRES ACONDICIONADOS	MARCA	MODELO	UBICACION	PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO	FECHA 1	FECHA 2	FECHA 3	FECHA 4	FECHA 5
MINI SPLIT	MIDEA	MSAFD-11CRN1	FARMACIA	BIMESTRAL	MAR	MAY	JUL	SEP	NOV
MINI SPLIT	SAMSUNG	AR24KWSSC WKN	FARMACIA	BIMESTRAL	MAR	MAY	JUL	SEP	NOV
MINI SPLIT	SAMSUNG	AR24JVSSC WKN	CIRUGIA N°1	BIMESTRAL	MAR	MAY	JUL	SEP	NOV
MINI SPLIT	MIDEA	MSAFD-24CRN1	CIRUGIA N°2	BIMESTRAL	MAR	MAY	JUL	SEP	NOV
MINI SPLIT	LG	VM242C7	CIRUGIA N°3	BIMESTRAL	MAR	MAY	JUL	SEP	NOV
MINI SPLIT	LENNOX	LMO24CO100 P432	SALA DE RECUPERACION	BIMESTRAL	MAR	MAY	JUL	SEP	NOV
TIPO PAQUETE	YORK	NO TIENE	ESTERILIZACION	BIMESTRAL	MAR	MAY	JUL	SEP	NOV
MINI SPLIT	LG	SP342CE	SALA DE POSPARTO	BIMESTRAL	MAR	MAY	JUL	SEP	NOV
MINI SPLIT	SAMSUNG	VIRUS DOCTOR	SALA DE PARTOS N°1	BIMESTRAL	MAR	MAY	JUL	SEP	NOV
MINI SPLIT	SAMSUNG	VIRUS DOCTOR	SALA DE PARTOS N°2	BIMESTRAL	MAR	MAY	JUL	SEP	NOV
MINI SPLIT	SAMSUNG	VIRUS DOCTOR	TRABAJO DE PARTO	BIMESTRAL	MAR	MAY	JUL	SEP	NOV
MINI SPLIT	SAMSUNG	AS12VSBAX	LABORATORIO CLINICO	BIMESTRAL	MAR	MAY	JUL	SEP	NOV
MINI SPLIT	YORK	NT	LABORATORIO CLINICO	BIMESTRAL	MAR	MAY	JUL	SEP	NOV
MINI SPLIT	SAMSUNG	AR12JRFNN WKN	VACUNACION	BIMESTRAL	MAR	MAY	JUL	SEP	NOV
MINI SPLIT	SAMSUNG	AR12JRFNN WKN	VACUNACION	BIMESTRAL	MAR	MAY	JUL	SEP	NOV

Elaborado por: Área de mantenimiento y Profesional universitaria Área financiera y Recursos Físicos	Copia controlada	Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG		Fecha de Aprobación: 25/01/2024



PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E DE CHAPARRAL TOLIMA 2024

AIRES ACONDICIONADOS	MARCA	MODELO	UBICACION	PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO	FECHA 1	FECHA 2	FECHA 3	FECHA 4	FECHA 5
MINI SPLIT	SAMSUNG	AR24JVSSC WKX	SALA DE PROCEDIMIENTOS URGENCIAS	BIMESTRAL	MAR	MAY	JUL	SEP	NOV
MINI SPLIT	LENNOX	K25-09-GW-E	URGENCIAS VIP	BIMESTRAL	MAR	MAY	JUL	SEP	NOV
MINI SPLIT	MIDEA	PLUS SAVE	URGENCIAS REANIMACION	BIMESTRAL	MAR	MAY	JUL	SEP	NOV
MINI SPLIT	YORK	YHDA24FSAD K	RX	Empresa Contratista Encargada del Mantenimiento					
MINI SPLIT	YORK	YHDA24FSAD K	RX MAMOGRAFIA	Empresa Contratista Encargada del Mantenimiento					
MINI SPLIT	YORK	YHDA24FSAD K	RX SALA	Empresa Contratista Encargada del Mantenimiento					
MINI SPLIT	LENNOX	LXGCTO24100PA	SERVICIO TRANSFUCIONAL	BIMESTRAL	ABR	JUN	AGO	OCT	DIC
MINI SPLIT	ELECTROLUX	EASC24F2MB HLW	ODONTOLOGIA	BIMESTRAL	ABR	JUN	AGO	OCT	DIC
MINI SPLIT	SAMSUNG	AR12JRFN	TOMA DE MUESTRA	BIMESTRAL	ABR	JUN	AGO	OCT	DIC
MINI SPLIT	LENNOX	KF35-12-GW-E	OPTOMETRIA	BIMESTRAL	ABR	JUN	AGO	OCT	DIC
MINI SPLIT	SAMSUNG	AW12FBDBC	CONSULTORIO GINECOLOGIA	BIMESTRAL	ABR	JUN	AGO	OCT	DIC
MINI SPLIT	MIDEA	PLUS SAVE	UCI TRANSICIONAL CAMA N°9	BIMESTRAL	ABR	JUN	AGO	OCT	DIC
MINI SPLIT	MIDEA	PLUS SAVE	UCI TRANSICIONAL CAMA N°1	BIMESTRAL	ABR	JUN	AGO	OCT	DIC

Elaborado por: Área de mantenimiento y Profesional universitaria Área financiera y Recursos Físicos	Copia controlada	Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG		Fecha de Aprobación: 25/01/2024



PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E DE CHAPARRAL TOLIMA 2024

AIRES ACONDICIONADOS	MARCA	MODELO	UBICACION	PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO	FECHA 1	FECHA 2	FECHA 3	FECHA 4	FECHA 5
MINI SPLIT	YORK	YSDA24FS-ADA	TOMOGRAFIA	Empresa Contratista Encargada del Mantenimiento					
MINI SPLIT	YORK	YSDA24FS-ADA	TOMOGRAFIA	Empresa Contratista Encargada del Mantenimiento					
MINI SPLIT	STAR LIGHT	CS24A410-150	TOMOGRAFIA	Empresa Contratista Encargada del Mantenimiento					
MINI SPLIT	GENERAL ELECTRIC	MGI12CBDB2	PLANTA DE OXIGENO	BIMESTRAL	ABR	JUN	AGO	OCT	DIC
TIPO PAQUETE	YORK	NO TIENE	BODEGA DE FARMACIA	BIMESTRAL	ABR	JUN	AGO	OCT	DIC
TIPO VENTANA	ELECTROLUX	NO TIENE	ECOGRAFIA CONSULTORIO	Empresa Contratista Encargada del Mantenimiento					
MINI SPLIT	ELECTROLUX	EASC18F2MB HLW	GASTRO (TERAPIA)	BIMESTRAL	ABR	JUN	AGO	OCT	DIC

Listado de Equipos Aire Acondicionado Área Administrativa

AIRES ACONDICIONADOS	MARCA	MODELO	UBICACION	PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO	FEC HA 1	FEC HA 2	FEC HA 3	FEC HA 4	FEC HA 5
MINI SPLIT	SAMSUNG	AW24FB MBC	GERENCIA	TRIMESTRAL	ABR	JUL	OCT		
MINI SPLIT	HACEB	AAASS1 2-220BL	SECRETARIA	TRIMESTRAL	ABR	JUL	OCT		
TIPO VENTANA	SAMSUNG	AW12FB DBC	CONTABILIDAD	TRIMESTRAL	ABR	JUL	OCT		
MINI SPLIT	HACEB	NO TIENE	FINANCIERA	TRIMESTRAL	ABR	JUL	OCT		
MINI SPLIT	HACEB	AAASS1 2-220BL	COORDINACION MEDICA	TRIMESTRAL	ABR	JUL	OCT		

Elaborado por: Área de mantenimiento y Profesional universitaria Área financiera y Recursos Físicos
 Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG

Copia controlada

Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG

Fecha de Aprobación: 25/01/2024



PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E DE CHAPARRAL TOLIMA 2024

AIRES ACONDICIONADOS	MARCA	MODELO	UBICACION	PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO	FEC HA 1	FEC HA 2	FEC HA 3	FEC HA 4	FEC HA 5
TIPO VENTANA	LG	W122CA	PERSONAL	TRIMESTRAL	ABR	JUL	OCT		
MINI SPLIT	LG	NO TIENE	CONTROL INTERNO	TRIMESTRAL	ABR	JUL	OCT		
MINI SPLIT	WESTINGHOUSE	WIWXE-36KNW3	ALMACEN	TRIMESTRAL	ABR	JUL	OCT		
MINI SPLIT	SAMSUNG	AW24FB MBC	OFICINA DE SISTEMAS	TRIMESTRAL	ABR	JUN	AGO	OCT	DIC
MINI SPLIT	DAIKIN	NO TIENE	CUARTO DE UPS	TRIMESTRAL	ABR	JUN	AGO	OCT	DIC
MINI SPLIT	MIDEA	MSAFD-24CRN1	RACK DE SISTEMAS	TRIMESTRAL	ABR	JUN	AGO	OCT	DIC

Listado de Equipos Aire Acondicionado Nueva Sede

AIRES ACONDICIONADOS	MARCA	MODELO	UBICACION	PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO	FECHA 1	FECHA 2	FECHA 3	FECHA 4	FECHA 5
MINI SPLIT	INNOVIR	H18C2MR63	GINECOLOGIA CONSULTORIO N°6	BIMESTRAL	MAR	MAY	JUL	SEP	NOV
MINI SPLIT	CIAC	CG21V-01PH3U2C	AUDITORIA CUENTA MEDICA	BIMESTRAL	MAR	MAY	JUL	SEP	NOV
MINI SPLIT	MIRAGE	CLFL121Q	AUDITORIA CUENTA MEDICA	BIMESTRAL	MAR	MAY	JUL	SEP	NOV
MINI SPLIT	MIRAGE	CLFL121Q	TOMA DE MUESTRAS	BIMESTRAL	MAR	MAY	JUL	SEP	NOV
MINI SPLIT	CIAC	CG21V-01PH3U2C	CONSULTORIO N°1	BIMESTRAL	MAR	MAY	JUL	SEP	NOV
MINI SPLIT	MIRAGE	CLFL121Q	ODONTOLOGIA	BIMESTRAL	MAR	MAY	JUL	SEP	NOV

Listado de Equipos Dispensadores de Agua

DISPENSADORES	MARCA	MODELO	UBICACION	PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO	FECHA 1	FECHA 2
DISPENSADOR DE AGUA	ALPS	2000FHC	CIRUGIA	SEMESTRAL	MAR	SEP
DISPENSADOR DE AGUA	ALPS	2000FHC	URGENCIAS	SEMESTRAL	MAR	SEP
DISPENSADOR DE	ALPS	2000FHC	PEDIATRIA	SEMESTRAL	MAR	SEP

Elaborado por: Área de mantenimiento y Profesional universitaria Área financiera y Recursos Físicos	Copia controlada	Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG		Fecha de Aprobación: 25/01/2024



AGUA						
DISPENSADOR DE AGUA	ALPS	2000FHC	PRIMER PISO	SEMESTRAL	MAR	SEP
DISPENSADOR DE AGUA	ALPS	2000FHC	SEGUNDO PISO	SEMESTRAL	MAR	SEP
DISPENSADOR DE AGUA	ALPS	2000FHC	SALA DE PARTOS	SEMESTRAL	MAR	SEP
DISPENSADOR DE AGUA	ALPS	2000FHC	AREA ADMINISTRATIVA	SEMESTRAL	MAR	SEP
DISPENSADOR DE AGUA	ALPS	2000FHC	ALMACEN	SEMESTRAL	MAR	SEP
DISPENSADOR DE AGUA	ALPS	2000FHC	AUDITORIA	SEMESTRAL	MAR	SEP
DISPENSADOR DE AGUA	ALPS	2000FHC	ESTADISTICA	SEMESTRAL	MAR	SEP

13 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

El Hospital San Juan Bautista E.S.E, ha enfocado el plan de mantenimiento de infraestructura hacia el desarrollo de actividades que aplican al mantenimiento preventivo y correctivo. Para optimizar los recursos y garantizar una infraestructura apta para la presentación del servicio. Las actividades necesarias para mantenimiento preventivo de los bienes inmuebles tales como pintura, plomería, enchapes, carpintería metálica, redes sanitarias, limpieza de paredes y remoción de suciedad de los tanques de agua, redes eléctricas, así como la limpieza, aseo, orden y desinfección de todas las áreas del hospital, y otras serán consideradas, para la ejecución de la presente vigencia.

1.1 CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

PLAN	SERVICIO	PERIODICIDAD	CRONOGRAMA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
Red Eléctrica	Urgencias	Anual	Abril	Revisión de cableado eléctrico, corrección de puntos expuestos y Verificación de red regulada. Arreglo de UPS	Mantenimiento y/o contratista Externo
	Malla de puesta a tierra	Anual	Diciembre	Mantenimiento a la red de puesta a tierra. Corrección y estudio según la necesidad de la carga eléctrica hospitalaria.	Mantenimiento y/o contratista Externo
	Subestación eléctrica	Anual	Junio	Mantenimiento de subestación eléctrica que soporte la carga del hospital.	Mantenimiento y/o contratista Externo

Elaborado por: Área de mantenimiento y Profesional universitaria Área financiera y Recursos Físicos	Copia controlada	Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG		Fecha de Aprobación: 25/01/2024



PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E DE CHAPARRAL TOLIMA 2024

PLAN	SERVICIO	PERIODICIDAD	CRONOGRAMA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
	Consulta Externa – Nueva sede	Anual	Abril	Revisión de cableado eléctrico, corrección de puntos expuestos y Verificación de red regulada. Arreglo de UPS	Mantenimiento y/o contratista Externo
	Primer Piso	Anual	Mayo	Revisión de cableado eléctrico, corrección de puntos expuestos y Verificación de red regulada. Arreglo de UPS	Mantenimiento y/o contratista Externo
	Cirugía	Anual	Agosto	Acondicionamiento de red eléctrica regulada. Adquisición de UPS para el servicio.	Mantenimiento y/o contratista Externo
	Administración	Anual	Octubre	Revisión de cableado eléctrico, corrección de puntos expuestos y Verificación de red regulada. Arreglo de UPS	Mantenimiento y/o contratista Externo

PLAN	SERVICIO	PERIODICIDAD	CRONOGRAMA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
Infraestructura	Todas las áreas del Hospital	Diario	Todos los días	Limpieza, aseo, orden y desinfección de todas las áreas del hospital	Contratista Externo
	Hospital	Trimestral	Enero - abril - Julio – Octubre	Limpieza de Canales de desagüe, retiro de residuos y verificación de conexiones en buen estado	Mantenimiento y/o contratista Externo
	Hospital	Anual	Enero - Diciembre	Mantenimiento de paredes y pisos de la fachada del hospital.	Mantenimiento y/o contratista Externo
	Hospital	Anual	Enero - Diciembre	Mantenimiento de paredes y techos en pasillos, corredores y áreas comunes	Mantenimiento y/o contratista Externo

Elaborado por: Área de mantenimiento y Profesional universitaria Área financiera y Recursos Físicos
 Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG

Copia controlada

Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG

Fecha de Aprobación: 25/01/2024



PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E DE CHAPARRAL TOLIMA 2024

PLAN	SERVICIO	PERIODICIDAD	CRONOGRAMA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
	Urgencias	Anual	De acuerdo a necesidad	Mantenimiento de paredes y techos. Pintura y reparación de infraestructura deteriorada	Mantenimiento y/o contratista Externo
	Urgencias	Semestral	Enero - Julio	Limpieza de ductos de desagüe, lavado de planchas y remoción de moho, verificación de la no existencia de goteras	Mantenimiento y/o contratista Externo
	Hospitalización	Semestral	Febrero - Agosto	Limpieza de ductos de desagüe, lavado de planchas y remoción de moho, verificación de la no existencia de goteras	Mantenimiento y/o contratista Externo
	Cirugía	Semestral	Marzo - Septiembre	Limpieza de ductos de desagüe, lavado de planchas y remoción de moho, verificación de la no existencia de goteras	Mantenimiento y/o contratista Externo
	Pediatría	Semestral	Abril – Octubre	Limpieza de ductos de desagüe, lavado de planchas y remoción de moho, verificación de la no existencia de goteras	Mantenimiento y/o contratista Externo
	Administración	Anual	De acuerdo a necesidad	Mantenimiento de paredes y techos. Pintura y reparación de infraestructura deteriorada	Mantenimiento y/o contratista Externo
	Hospitalización	Anual	De acuerdo a necesidad	Mantenimiento de paredes y techos. Pintura y reparación de infraestructura deteriorada	Mantenimiento y/o contratista Externo
	Almacén	Anual	De acuerdo a necesidad	Mantenimiento de paredes y techos. Pintura y reparación	Mantenimiento y/o contratista Externo

Elaborado por: Área de mantenimiento y Profesional universitaria Área financiera y Recursos Físicos	Copia controlada	Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG		Fecha de Aprobación: 25/01/2024



PLAN	SERVICIO	PERIODICIDAD	CRONOGRAMA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
				de infraestructura deteriorada	
	Archivo	Anual	De acuerdo a necesidad	Mantenimiento de paredes y techos. Pintura y reparación de infraestructura deteriorada	Mantenimiento y/o contratista Externo
	Tanques de Agua Aereo y Subterráneo	Cuatrimestral	Marzo – Julio – Noviembre	Vaciado completo del tanque, limpieza con hipoclorito según protocolo de lavado de tanques.	Contratista Externo
	Hospital	Mensual	Enero a Diciembre	Revisión de las instalaciones para verificar el estado de los antideslizantes con el fin de cambiar o instalar según su requerimiento	Mantenimiento
Equipos de Oficina y Muebles	Hospital	Mensual	De acuerdo a necesidad	Mantenimiento en Camillas, Atriles y sillas de ruedas. Verificación de ruedas, engrase y pintura.	Mantenimiento
	Hospital	Semestral	Junio - Diciembre	Mantenimiento de dotación de oficina.	Mantenimiento
Red de O2	Hospital	Anual	Diciembre	Mantenimiento a la red de oxígeno	Contratista Externo

14 MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPOS INDUSTRIALES

El Hospital San Juan Bautista E.S.E cuenta con un parque automotor compuesto por cuatro (04) ambulancias, las cuales son empleados para el traslado de usuarios / pacientes y un (01) vehículo que permite al personal médico, especializado y/o administrativo, asistir con rapidez y eficiencia a los programas de atención de salud, actividades administrativas y eventos que requieren desplazamiento.

Para la vigencia 2024 se requiere para este parque automotor realizar los mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para garantizar el pleno

Elaborado por: Área de mantenimiento y Profesional universitaria Área financiera y Recursos Físicos	Copia controlada	Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG		Fecha de Aprobación: 25/01/2024



PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E DE CHAPARRAL TOLIMA 2024

funcionamiento y la permanencia del servicio, resaltando que todas las acciones técnicas de mantenimiento buscan minimizar la probabilidad de falla de un activo, conservarlo o restablecerlo para que pueda realizar la función requerida, de igual forma garantizar la seguridad e integridad de conductores y pasajeros que se movilicen en los mismos. El servicio de lavandería del Hospital San Juan Bautista E.S.E se encuentra a cargo de una empresa externa la cual se encarga de realizar los mantenimientos preventivos y correctivos. Para el mantenimiento se debe tener en cuenta revisar el sistema eléctrico, válvulas de agua, sistema de lavado, sistema de centrifugado, desagüe de agua, limpieza de tanques, engrase de sistema mecánico, limpieza de filtros, ajuste de puerta, limpieza general.

EQUIPO	PERIODICIDAD	CRONOGRAMA	ACTIVIDAD	HSJB	CONTRATISTA	COMODATO
LAVADORAS, SECADORAS, COMPRESORES, PLANCHA	NA	NA	Servicio de lavandería contratado por una empresa externa encargada de todo el proceso, ellos suministran los equipos y suministros necesarios		X	
MOTOBOMBAS DE BOMBEO RED HIDRAULICA	SEMESTRAL	JUNIO – DICIEMBRE	Desarme de la bomba y limpieza de sedimentos en la membrana. Verificación de fugas y eliminación de óxido. Limpieza general.		X	
PLANTA ELÉCTRICA	SEMESTRAL	JUNIO - DICIEMBRE	Mantenimiento preventivo. – revisión de niveles de combustible, refrigerante, prueba de arranque, revisión de baterías		X	
EXTINTORES	ANUAL	ABR	Revisión de fugas, pruebas de presión y recarga nueva del gas.		X	
PARQUE AUTOMOTOR	CADA 5.000 Km	Por evento	Cambio de filtros y aceite realizado por una empresa externa a cargo del mantenimiento del parque automotor		X	
PARQUE AUTOMOTOR	DIARIO Conductores	Por evento	Verificación funcionamiento, revisión aceite motor, revisión nivel de agua, revisión frenos, luces, presión de las llantas y el estado de las mismas.	X		

Elaborado por: Área de mantenimiento y Profesional universitaria Área financiera y Recursos Físicos	Copia controlada	Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG		Fecha de Aprobación: 25/01/2024